

1. Dolap 304 Kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Dolap üzeri 2 bölmeli ve 3 kapaklı olmalıdır.
3. Dolap kapakları temizlik açısından çift cidarlı olmalıdır.
4. Dolap kapakları mıknatıslı sabitleyicilere sahip olmalıdır.
5. Her bir bölümde 3 adet ara raf olmalıdır.
6. Dolap altında iki sıra halinde toplam 3+3=6 adet çekmece olmalıdır.
7. Çekmeceler teleskopik raylı mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Çekmece kafaları çift cidarlı olmalıdır.
9. Dolap boru tip paslanmaz ayaklara sahip olmalıdır.
10. Dolap yan kaplaması ve kapakları en az 0,8 mm kalınlıkta olmalıdır.
11. Dolap ara rafları ve alt tablası ise en az 1 mm kalınlıkta olmalıdır.
12. Dolap ölçüsü 1400 x 550 x 1900 mm($\pm$ 50 mm) olmalıdır.
13. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
14. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
15. Teklif verecek firma yerinde keşif ve ölçülendirme yapmalı ve yer gördü belgesi almalıdır.
16. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
17. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
18. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Üretici veya satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
22. Üretici veya satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.

Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Dipl. No: 117995
Uzmanlık No: 80087 Model No: 105121
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Yeri Dışarı Uzmanı

Selin AYTEMİZ
YDYB Ünitesi
Serumlu Hemşire

1. Masa 304 Kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Masa üst tablası altında destek kuşakları olmalıdır.
3. Masa çift kapaklı dolap şeklinde olmalıdır.
4. Dolap kapakları temizlik açısından çift cidarlı olmalıdır.
5. Dolap kapakları mıknatıslı sabitleyicilere sahip olmalıdır.
6. Her bir bölümde 2 adet ara raf olmalıdır.
7. Masa boru tip paslanmaz ayaklara sahip olmalıdır.
8. Dolap yan kaplaması ve kapakları en az 0,8 mm kalınlıkta olmalıdır.
9. Dolap ara rafları ve alt ve üst tablası ise en az 1,2 mm kalınlıkta olmalıdır.
10. Masa ölçüsü 1000 x 550 x 900 mm($\pm$ 50 mm) olmalıdır.
11. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
12. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
13. Teklif verecek firma yerinde keşif ve ölçülendirme yapmalı ve yer gördü belgesi almalıdır.
14. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
15. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
16. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
17. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Üretici veya satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Üretici veya satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.

Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Dipl. No: 41595
Uzmanlık No: 8008 Yandaş - 105127
(K.S.U. Tıp Fakültesi Tıbbi Cihazlar Uzmanı)

Selim ALTİTEMİZ
Yatış Ünitesi
Sorumlu Hemşire

