

**KAFA FIKSATÖRÜ (ÇİVİLİ BAŞLIK), MASA BAĞLANTI APARATLARI İÇİN
TEKNİK ŞARTNAME**

Kafa sabitleme için kullanılacak "skull clamp" 3 noktadan sabitlemeli olmalıdır. Üzerindeki çivilerin basınç ayarı yapılabilmelidir.

Çivili başlıkta kullanılmak üzere 3 adet pediatrik 6 adet de yetişkin tekrar kullanılabilir, buhar ve gaz sterilizasyonuna uygun çivi bulunmalıdır.

Her ameliyat masasına uygun olmalı, oturur pozisyon için gerekli aparat ve bağlantıları bulundurmaktadır.

-Mayfield Kafa Klemp: Birbirine geçebilen iki parçadan oluşması ve meteryal olarak alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır. Sertlik değerleri 175 ve 185 (HB) değerinde olmalıdır. İki parça birbirine geçmeli ve bir dişli sistem ile birlikte kilitlenebilir olmalıdır. Parçaların bir tanesinde iki çivili bir platform olmalı ve 360 derece dönebilmeli ve istenilen pozisyonda sabitlenebilmelidir. Diğer parçanın üzerinde, vida sistemi ile ilerletilen çivi sabitleyici çevirme kolu bulunmalıdır. Bağlantı barına önlü arkalı tutulabilir dairesel dişli sistemi bulunmalıdır.

-Mayfield Çivi büyükler için: Materyal olarak paslanmaz çelikten imal edilmeli ve lastik orijinli olmalıdır.

-Mayfield Çivi küçükler için: Materyal olarak paslanmaz çelikten imal edilmeli ve lastik orijinli olmalıdır.

-Mayfield Masa bağlantı aparatı: Materyal olarak alüminyumdan imal edilmiş olmalı, sertlik değerleri 175 ve 185 (HB) değerinde olmalıdır. Kafa klempinin dairesel dişli sistemine uyumlu olmalıdır.

-Mayfield Masa Bağlantı Aparatı: Materyal olarak alüminyumdan imal edilmiş olmalı 175 ve 185 (HB) sertlikte olmalıdır. Masa bağlantı barına uyumlu ve masa başına tek veya bir adaptörle takılabilmelidir.

-Masa bağlantı elemanı: Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve her masa rayına rahat bir şekilde takılabilmeli ve sabitlenebilmelidir. Masa bağlantı barına ileri geri yatar pozisyonda hareketine imkan vermelidir.

- İstenilen malzeme 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti hem üretici hem de satıcı tarafından verilmelidir.

Teklif edilen ürünlerin tamamı UBB (Ulusal Bilgi Bankasına) veya UTS'ne kayıtlı ve onaylı olmalıdır.

Prof. Dr. Yüksel YÜKSEK
Fakültesi
ABD
Tescil No: 6505
Uzmanlık Tescil No: 65963

Dr. Öğr. Üyesi Dr. F. Cem KESİMEZ
KSÜ Nöroşirürji Ana Bilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi
Dipl. Tesc. No: 125311
Uzmanlık Tescil: 109922

Yrd. Doç. Dr. K. Demirel
Seçinti
K.S.U. Nöroşirürji ABD
Diploma Tescil No: 4860
Uzm. Tescil No: 120868

Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalog ve orijinal broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir.

Verilecek orijinal katalog ve broşürlerde teklif edilen ürünün uç yapısı, uzunluk, boyut ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. Teklif edilen ürünlerin katalogda bulunmaması durumunda teklif geçersiz sayılacaktır

Kullanıcı uzman cerrahi ekip tarafından çıplak gözle, mikroskopla, elle incelenecek veya ameliyatta kullanılarak yapılacak incelemelerde aletlerde birbirine entegre çalışan parçaların uyumsuz ya da zorlukla çalışması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Bu tür testler ve incelemeler sırasında aletlerin işlevine uygun olarak kullanılması ile alet üzerinde oluşabilecek her türlü hasar ve arıza istekli firmanın sorumluluğundadır.

İstekli firmalar teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az iki personele bir gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.

İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir.

İstekli firma teknik şartnamenin her kalemine tek tek cevap veren "Teknik Şartnameye Cevap" dökümanını teklifler ile birlikte sunmak zorundadır.

Üretici veya ithalatçı firmanın TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi bulunmalıdır.

Prof. Dr. K. Fahir YÜKSEL
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
Nöroşirürji ABD
Diploma Tescil No: 6505
Uzm. Tescil No: 63983

KSÜ Nöroşirürji Ana Bilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi
E. CEM KESİLMEZ
Dipl. Tesc. No: 125311
Uzmanlık Tescil: 109922

Yrd. Doç. Dr. K. Fahir YÜKSEL
KSÜ Nöroşirürji ABD
Diploma Tescil No: 4860
Uzm. Tescil No: 63983
Diploma Tescil No: 4860
Uzm. Tescil No: 63983