

TEKNİK ÖZELLİKLER :

1. Perkütan Nefroskop kompakt olup vizörü lateral yapıda sabit ve paralel olmalıdır.
2. 3,5 mm.çapında enstrümanlara uygun düz enstruman kanalına sahip olmalıdır.
3. Enstruman kanalı oval olmalıdır.
4. Cihaz 20,8 Fr çapında 204 mm uzunluğunda operasyon kılıfı ve hollow obturatoru ile birlikte verilmelidir.
5. Perkütan Nefroskop ile verilecek olan enstruman portu sökülüp takılabilir yapıda ve otomatik valfli olmalıdır. Beraberinde 5'li pakette sızdırmazlık kapağı ve contası verilmelidir.
6. Perkütan Nefroskop'un handle'ı operasyon esnasında cerrahı yormaması için ergonomik olarak dizayn edilmiş olmalıdır. Handle üzerinde, cerrahın kullanacağı dört parmağı için ayrı, baş parmağı için de ayrı ayrı dizayn edilmiş yerler bulunmalıdır.
7. Perkütan Nefroskop ile beraber 1 adet 24,3 Fr. çapında, 150 mm. çalışma uzunluğunda Amplatz sheath verilmelidir. Musluklu olmalıdır
8. Teleskop görüş açısı 12 derece olmalıdır.
9. Çalışma uzunluğu 224 mm. olmalıdır.
10. Cihaz ile birlikte aşağıda belirtilen aksesuarlar verilmelidir :
 - **2 Adet** : 9Fr. çapında, 355 mm. çalışma uzunluğunda, çift çene hareketli, büyük taşlar için taş kavrama forsepsi,
 - **1 Adet** : 3,5 mm çapında 3 telli taş tutucu,
 - **1 Adet** : 10,5 Fr. çapında, 350 mm. çalışma uzunluğunda, yumuşak taşlar için dişli çeneli ve çift çene hareketli rotasyonlu (360° dönebilen), "click" sistemli, handle'ı ve uç kısmı birbirinden ayrılabilen taş kavrama forsepsi,

Prof. Dr. Tayfun ŞAHİNKANAT
KSÜ Tıp Fakültesi
Üroloji ABD
Dip. No: 20665/24133
Dip. Tescil No: 47582

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa METİN
K.S.Ü Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D
Dip. Tescil No: 112271