



**TUR MOTORU EĞRİ ATAÇMAN
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Handpiece ile titanyum nitrit kaplı paslanmaz çelik kesici ve elmas tur uçları kullanılabilir.
- 2- Rahat görüş ve ergonomi açısından eğri handpiece 11,5±2cm olmalıdır.
- 3- Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi gereklidir.
- 4- Ameliyathanemizde kullanılan İndigo Tur Motoru ile uyumlu olmalıdır.


Prof. Dr. İsmail ORHAN
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
K.B.B. A.D.
Dip. Tes. No: 131509 Uz. No: 3282


Doç. Dr. Muhammed Gazi YILDIZ
KSÜ Tıp Fakültesi KBB ABD
Dip. Tes. No: 17723