


İLAÇ ODASI DOLABI-3 ADET TEKNİK ŞARTNAMESİ

17. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
18. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
19. Ürün ebadı yaklaşık 90x55x200 cm (±5 cm) olmalıdır.
20. 3 adet yan yana konacak şekilde montaj edilmelidir.
21. Ürün alt tarafında 5 sıra halinde toplam 10 adet çekmece bulunmalıdır.
22. Ürün üst tarafında çift kapaklı bir dolap bulunmalıdır.
23. Üst dolap içerisinde 1 adet ara raf olmalıdır.
24. Çekmece yükseklikleri alt iki sıra 30 cm, orta sıra 20 cm ve üst iki sıra 15 cm olmalıdır.
25. Çekmece kafaları çift cidarlı ve teleskopik raylı olmalıdır.
26. Çekmece ve dolap kapakları plastik demonte yapıda olmalıdır.
27. Çekmece içleri aşağıda verilen şekilde bölmeli yapıda olmalıdır.
 - a. 1 âdetinin üst 3 sıra çekmecesini 2 bölmeli
 - b. 1 âdetinin üst 3 sırası çekmecesini 2 ve 8 bölmeli
 - c. 1 âdetinin üst 3 sıra çekmecesini 4 bölmeli
28. Dolap kapakları çift cidarlı ve çitçit mekanizmalı olmalıdır.
29. Dolap ile birlikte 200 adet etiketlik verilmelidir.
30. Dolap ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
31. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
32. Evye ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
33. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
34. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
35. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
36. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
37. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
38. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
39. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
40. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.



Ömer
M. Öztaşlı
Seyhan-3
20

Dr. Cengiz DİLBER
K.U. İstanbul Uygulama Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD
Çocuk Nöroloji BD
Tic. Sic. No: 27433-54045