

HD ULTRA-SLIM VIDEO GASTROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz HD Özelliğinde olmalıdır.
2. Video gastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
3. Video gastroskopun saha görüş açısı 140 derece olmalıdır.
4. Video gastroskopun saha görüş derinliği 3-100 mm arasında olmalıdır.
5. Video gastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
6. Video gastroskopun insertion tüp dış çapı 5,9 mm olmalıdır.
7. Video gastroskopun distal dış çapı 5,8 mm. olmalıdır.
8. Video gastroskopun çalışma kanalı iç çapı 2.4 mm olmalıdır.
9. Video gastroskopun faydalı çalışma uzunluğu 1.100 mm, toplam uzunluğu ise 1.400 mm olmalıdır.
10. Video gastroskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 210 derece ,aşağı 90 derece , sağa 100 derece,sola 100 derece olmalıdır.
11. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
12. Video gastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
13. Video gastroskop ünite de kullanılmakta olan Fujifilm marka Video Prosesör ve Soğuk Işık Kaynağı ile uyumlu çalışmalıdır.
14. Cihazla birlikte 1 adet biyopsi forsepsi ,1 adet alligator jaws , 1 adet dişli alligator forseps , 1 adet polipektomi snare verilecektir.
15. İki yıl boyunca kullanıcı hatası dahil her türlü arıza tamiri ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNV.
TIP FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Ali Ergül KARAKAYA
Dip Tes. No: 98770
Çocuk Cerrahisi A. D.

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Bekirhan GÜLER
Dip. Tes. No: 110081
Çocuk Cerrahisi A.D.