

Prof. Dr. Ahmet Cagrı AYKAR
Dip. Tes. No. 133
KSÜ TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji A.D.

B-6) Sistemin B Mod gain değeri, Color Doppler gain değeri görüntüleme sırasında ekran üzerinden (Android/IOS işletim sistemi kullanan telefon veya tabletin dokunmatik ekranı) kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

B-7) Teklif edilen sistem bataryası dahil en çok 220 (ikiyüzyirmi) gr ağırlığında olmalıdır.

B-8) Teklif edilecek sistem, sisteme entegre 1.6 MHz - 3.7 MHz aralığında çalışan eletronik Sektör Probuna ve 3.0 MHz – 12.0 MHz aralığında çalışan eletronik Lineer Probuna sahip olmalıdır.

B-9) Sistemde, optimum görüntü kalitesini sağlamak amacıyla önceden tanımlanmış, farklı uygulamalarda Kardiyak, Abdominal, Renal, Fetal, Obsetrik, Urology, Periferel Vaskuler, Tiroid, Musculoskeletal, oftalmik tarama ayarları olmalıdır.

B-10) Sistem 50 dakika süre ile çalışabilecek bataryaya sahip olmalıdır.

B-11) Cihazda değişik derinliklerdeki eko intensitelerinin kontrolü için en az 6 (altı) kademeli zaman-kazanç kontrolü (TGC-STC-DGC) bulunmalıdır.

B-12) Teklif edilen sistem kablosuz şarj ünitesine sahip olmalıdır.

BÖLÜM-D: MONTAJ, GARANTİ:

D-1) Cihazın montajı ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

D-2) Cihazlar tüm bileşenleri, aksesuarları ve ek sistemleri ile birlikte yedek parça dahil 3 (üç) yıl süreyle firma garantisi altında olacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Murat KUTLUOĞLU
KSÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
KARDİYOLOJİ ABİD
Dip. Tes. No: 149245
Uzm. Tes. No: 141765

Prof. Dr. Akif Serhat BALCIOĞLU
Dip. Tes. No: 102878
Uzm. Tes. No: 72994
KSÜ TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji AD.

Prof. Dr. Ahmet Çağrı AYKAN
Dip. Tes. No: 132334
KSÜ TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji A.D.