

1 ADET FİBEROPTİK IŞIK KABLOSU

1. Çapı en az 3.5 mm, uzunluğu en az 230 cm olmalıdır.
2. Isıya ekstra dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet ACIPAYAM
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Uz. Dip.No: 68150

Doç. Dr. Erdiç EROĞLU
K.S.Ü. Kalp Damar Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No: 99115