

LABORATUVAR TİPİ KIRIK BUZ MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laboratuvarda kullanım için uygun olmalıdır.
2. Kar tipi kırık (flake), kuru buz üretebilmelidir.
3. Tam otomatik çalışmalı ve kullanımı kolay olmalıdır.
4. Kırık buz üretim kapasitesi yaklaşık 50-100 kg/24 saat olmalıdır.
5. Kırık buz depo kapasitesi yaklaşık 15-20 kg olmalıdır.
6. Soğutma gazı CFC içermemelidir.
7. Sürekli kullanılabilir olmalıdır.
8. Aşırı yük, su kesintisi ve hazne taşma emniyet sistemleri bulunmalıdır.
9. Su akışı kesildiğinde veya buz tankı/haznesi dolduğunda otomatik kapanma özelliği bulunmalıdır.
10. Motoru gürültüsüz çalışmalı motor çalışma sesi en fazla 60 Db'a olmalıdır.
11. Motor güç tüketimi düşük olmalıdır.
12. Gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
13. Hava filtresi alarmı bulunmalıdır.
14. Cihaz 230 V, 50-60 Hz şebeke cıreyanı ile çalışabilmelidir.
15. Teklif veren firmalar, Üretici firmadan alınmış, cihazın Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin Konsolosluk, Ticaret Odası, Apostille ve noter onaylı belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir.
16. Cihaz CE işareti taşınmalıdır ve Avrupa standartlarına uygun olmalıdır.
17. Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 1 (bir) yıl ücretsiz, müteakip 10 (on) yıl ücreti mukabili yedek parça, bakım ve onarım garantili olmalıdır.
18. Cihaz 230V, 50-60 Hz. Şebeke cıreyanı ile çalışmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ORAK
Dip No: 2025 • Tescil No: 43324
K.S.U. Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat ARAL
K.S.U. Tıp Fakültesi Tıbbi
Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu