



EPISTAXIS BALON KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- %100 Silikondan imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Kolay yerleştirilebilmeli ve burun anatomisine uygun yapıda şişmelidir.
- 3- Bağımsız şişebilen iki adet silikon balonu olmalıdır.
- 4- İntegral havayolu sayesinde hasta rahat nefes alabilmelidir.
- 5- Steril olmalıdır.
- 6- Kutu içerisinde ürüne ait, bir adet disposable enjektör bulunmalıdır.
- 7- Ürünün UBB kaydı olmalıdır.


Prof. Dr. İsmail ORHAN
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
K.B.B. A.D.
Dip. No: 131509 Uz. No: 3282


Doç. Dr. Muhammed Gazi YILDIZ
KSÜ Tıp Fakültesi KBB ABD
Dip. No: 117733