

NEBÜLİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-CİHAZ TAŞINABİLİR OLUP , ÇANTA VEYA SAKLAMA KABINDA AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE TAŞINABİLMELİDİR
- 2-CİHAZ VENTOLİN VE BENZERİ İLAÇLAR İÇİN KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR
- 3-CİHAZ 2 KG DAN FAZLA AĞIRLIKTA OLMAMALIDIR
- 4-CİHAZ 60 DB DEN AZ SESLİ OLMALIDIR
- 5-CİHAZIN HAVA FİLTRESİ BULUNMALI , KULLANICI TARAFINDAN RAHATÇA DEĞİŞTİRİLEBİLİNMELİDİR
- 6-CİHAZDA KULLANILAN KOMPRESÖR YAĞSIZ VE KURU OLMALIDIR
- 7-CİHAZIN ÇALIŞMASI 220 V / 50 HZ OLMALIDIR
- 8-İLAÇ HAZNESİNİN MAKSİMUM DOLULUK HACMİ 8 ML OLMALIDIR
- 9-CİHAZ DA MAKSİMUM HIZ 0,53 ML / DK , MİNİMUM HIZ 0,23 ML / DK OLMALIDIR
- 10-CİHAZ İLE BİRLİKTE YETİŞKİN VE PEDİATRİK MASKE ÇIKMALIDIR
- 11-CİHAZ DA İLAÇ KOYULAN HAZNE ÜZERİNDE HIZ BELİRLEME SEÇENEĞİ OLMALDIR
- 12-CİHAZ Ce STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 13- ÜRÜNÜN ALIMINA DEMO YAPILARAK KARAR VERİLECEKTİR.

ESMA CİNGÖZ
Hekimlik Hizmetleri
Kurum Yürütücüsü

Serap KOCA
Başhekim