

SES KAYIT (PATOLOJİ KİTİ) CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Stereo kayıt özelliği için çift yönlü mikrofonu olacaktır.
2. Üç katmanlı ses stüdyosu pop filtresi, nefes ve rüzgâr titreşimlerini engelleme özelliği olacaktır.
3. 1,5 metreye kadar darbeye dayanıklı gövdeye sahip olacaktır.
4. 4 konumlu hassas kaydırmalı anahtar (KAYIT / DUR/OYNAT / GERİ) olacaktır.
5. Tam Renkli 2,4 inç TFT LCD ekran olacaktır.
6. Şarj Edilebilir Li-ion pil (1350mAh) olacaktır.
7. Depolama ortamı: 2 GB Dahili, 32 GB'a kadar (Harici) olacaktır.
8. Kayıt Formatları DSS Pro/WAV/ MP3 olacaktır.
9. Hareket Sensörü olacaktır, cihazı uyku modundan otomatik olarak uyandırmak için ünitenin hareketini algılayıcı olacaktır.
10. Sesle etkinleştirilen kayıt (VCVA) özelliği olacaktır.
11. Mikrofon hassasiyeti: 3 Seviye (Yüksek/Orta/Düşük) (Konferans Modu = Otomatik) olacaktır.
12. Ekle, Üzerine Yaz, Ekle, Kısmen sil: Yalnızca DSS Pro ve DSS ile (Üzerine Yaz ve Ekle: ayrıca WAV) özellikleri olacaktır.
13. Dosya Başına İndeks İşareti: 32 (DSS Pro/WAV/MP3), 16 (DSS) olacaktır.
14. Seviye ölçer, VCVA göstergesi olacaktır.
15. Geri çalma - Hız: Yavaş/Normal/Hızlı modlarında olacaktır.
16. Ses seviyesi: 0 ila 30 arasında ayarlanabilir olacaktır.
17. İşaret / Gözden Geçirme özellikleri olacaktır.
18. Boyutlar: 4,75 inç (Y) x 1,96 inç (G) x 0,73 inç (D) ağırlık: 3,1 oz (pil dahil) olacaktır.
19. Diller: En az İngilizce, Almanca, Çekçe, İspanyolca, Fransızca, Danca, Felemenkçe, Lehçe, Rusça, İsveççe, İtalyanca dilleri olacaktır.
20. İşletim sistemleri: Microsoft Windows (7, 8.1, 10) | Mac OS X (10.10-10.13) olacaktır.
21. Önerilen çalışma koşulu: 0-42°C/32-107.6°F olacaktır.
22. Mikro USB 2.0 kompozit / depolama sınıfı olacaktır.
23. AC adaptörü veya USB ile şarj etme özelliği olacaktır.
24. Hoparlör (entegre): Kare dinamik hoparlörde dahili .43 x .59, 320mW (8 Ω hoparlör) olacaktır.
25. Kulaklık/mikrofon jakları: Ø3,5 mm mini jak | empedans 2kΩ2, olacaktır.
26. Kulak Jakı Ø3,5 mm mini jak | empedans 8Ω veya daha fazla olacaktır.
27. Ambalaj Kutusu içerisinde en az aşağıdaki malzemeler olacaktır.
 - a) Hızlı Kullanım Kılavuzu
 - b) LI-92B Lityum-iyon şarj edilebilir pil
 - c) KP-30 mikro USB Kablosu
 - d) CS-151 Taşıma Çantası
 - e) DSS Player Standard R2 Dikte Modülü Lisans Kimliği
28. Mevcut Aksesuarları içerisinde en az aşağıdaki malzemeler olacaktır.
 - a) LI-92B Li-ion pil
 - b) CR-21 Bağlantı İstasyonu (yalnızca USB'den indirmek için)
 - c) A-517 AC Adaptörü
 - d) AS-2400 PC transkripsiyon kiti
29. Patoloji laboratuvarına teslim öncesi cihazın DEMO su yapılarak uygunluğunu onayladıktan sonra cihaz teslim alınacaktır.


Emine KILINÇ GÜNEY

Dr Öğretim Üyesi



Doç. Dr. A Yasir BAHAR

T. Patoloji AD Başkanı



Rabia HURŞİTOĞLU

Dr Öğretim Üyesi

