

1 ADET UTERUS MANİPÜLATÖR

Teklif edilen manipülatör laparoskopik kadın doğum operasyonlarında Uterus'un manipülasyonu amacı ile kullanılabilir olmalıdır.

1-Kolay sökülüp, takılabilir yapıda olmalıdır

2-Kompakt dizayna sahip olmalıdır

3-Uç tarafındaki seramik kısım ve ataçmanı açılanabilmelidir

4-Uç kısımdaki seramik uç kısım elektro koter özelliği bulunan forsepsler ile birlikte kullanılabilirdir

5-Tüm set tekrar kullanılabilir (reusable) yapıda olmalı ve sarf herhangi bir parçası bulunmamaktadır.

Tüm parçalar otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

SET İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR.

1 Adet Elçek

1 Adet Manipülatör kılıfı

1 Adet Kap en az 28 mm çapında olmalıdır

3 Adet Kap en az 32 mm çapında olmalıdır

3 Adet Kap en az 37 mm çapında olmalıdır

1 Adet Kap en az 42 mm çapında olmalıdır

3 Adet Spiral Ataçman en az 15 mm çapında olmalıdır

3 Adet Spiral Ataçman en az 20 mm çapında olmalıdır

1 Adet Çalışma Ataçmanı en az 40 mm uzunluğunda olmalıdır

1 Adet Çalışma Ataçmanı en az 60 mm uzunluğunda olmalıdır

2 Adet Temizleme Adaptörü

1 Adet Y-tüp en az 190 mm uzunluğunda olmalıdır

2 Adet Luer Lock konnektör

Prof. Dr. Alev ÖZER
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tez. No: 84090 / 60072
Dip. No: 1090

Doç. Dr. Abdullah TOK
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tez. No: 84090 / 60072
Dip. No: 1090