



İLAÇ ODASI EVYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebadı yaklaşık 190x70x85+40 cm (± 5 cm) olmalıdır.
4. Evye üst tablası çöktürmeli olmalıdır.
5. Evye ebatı en az 40x50x25 cm olmalıdır.
6. Evyede 1 adet yüksek kaliteli fotosel batarya olmalıdır.
7. Üst tabla arkası yüksek sırtlı olmalıdır.
8. Evye altında kapaklı dolap şeklinde olmalıdır.
9. Evye yanlarında 2 sıra halinde toplam 8 adet çekmece olmalıdır.
10. Çekmece içleri demonte paslanmaz 4 bölmeli olmalıdır.
11. Çekmece kafaları çift cidarlı ve en az 1 mm kalınlıkta olmalıdır.
12. Çekmeceler teleskopik sistemli raylara sahip olmalıdır.
13. Çekmeceler gömme tip plastik tutamaklara sahip olmalıdır.
14. Evye üzerinde dört kapaklı dolap bölmesi olmalıdır.
15. Dolap kapakları çift cidarlı olmalıdır.
16. Dolap içerisinde 1 adet ara raf olmalıdır.
17. Ürünle birlikte ilgili mekana uygun peçetelik ve sabunluk verilmelidir.
18. Evye ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
19. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
20. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
21. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
22. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
23. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
24. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
25. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
26. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.



Dr. Mirzeoğlu

Dr.
Sayın-4


Dr. Cengiz DİLBER
Uzm. Dr. Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD
Çocuk Hastalıkları BD
T. 0312 443 33 44