

GÖZLÜK DENEME KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gözlük Kutusu kapağı kalkabilir taşıma çantası ile verilmelidir. Kutunun kilidi olmalıdır.
2. Kutuda en az 236 adet deneme camı bulunmalıdır.
3. Kutuda 140 adet sferik, 76 adet silindirik, 10 adet prizma ve 10 adet aksesuar camı bulunmalıdır.
4. Kutuda sferik ve silindirik camların her birinden ikişer adet (sağ ve sol göz için) bulunmalıdır.
5. Camlar çift taraflı kullanıma uygun olmalıdır.
6. Kutu içindeki camların iç çapı 25mm ve dış çapı 38mm olmalıdır.
7. Kutu içindeki camlar plastik kaplamalı olmalı ve tutmak için sapı olmalıdır.
8. Miyop ve hipermetrop camların kaplamaları farklı renkte olmalıdır.
9. Sferik cam değerleri :
 - +/- 0.25 D' ye kadar +/- 0.12 D
 - +/- 0.25 D ile +/- 4 D arasında +/- 0.25 D
 - +/- 4 D ile +/- 8 D arasında +/- 0.50 D
 - +/- 8 D ile +/- 16 D arasında +/- 1 D
 - +/- 16 D ile +/- 20 D arasında +/- 2 D' lik artışlarla olmalıdır.
10. Silindirik cam değerleri :
 - +/- 0.25 D' ye kadar +/-0.12 D
 - +/- 0.25 D ile +/- 3.50 D arasında +/- 0.25 D
 - +/- 3.50 D ile +/- 5 D arasında +/- 0.50 D
 - +/- 5 D ile +/- 6 D arasında +/- 1 D' lik artışlarla olmalıdır.
11. Prizma cam değerleri 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ve 10° olmalıdır.
12. Aksesuar camları toplam 10 adet olmalıdır. 2 adet merkezleştirme camı, buzlu cam, kırmızı cam, yeşil cam, pinhole deliği camı, slit camı, sıfır diyopter camı, siyah kapama camı ve maddox camını içermelidir.
13. Silindirik camlarda aks çizgisi olmalıdır.
13. Kutunun boyutları 530x390x105mm olmalıdır.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Nurettin GÜLER
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. No: 03600967 - Dip. Tes. No: 115894

Doç. Dr. Selma İZMİRLİOĞLU
KSÜ Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tes. No: 109994