

ASPIRATÖR ADAPTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Steril paketlerde olmalıdır.
- 2- Plastik olmalıdır.
- 3- Bir ucu aspiratör ucuna geçecek şekilde diğer ucu da aspiratör hortumuna uygun olacak şekilde olmalıdır.
- 4- Ürünler UBB'ye kayıtlı olmalıdır.

Prof.Dr. İsmail ORHAN
K.S.U. Tıp Fakültesi
K.B.B. A.D.
Dip.Tes. No: 131509 Uç No: 3282

Doç.Dr. Muhammed Gazi YILDIZ
K.S.U Tıp Fakültesi KBB ABD
Dip.Tes. No: 117733