

DİREKT OFTALMOSKOP ÖZELLİKLERİ

21. Tek bir gövdeden oluşmalı ve üzerinde iki ayrı spiral kablolu elciği bulunmalıdır.
22. Ünit üzerinde bir açma kapama, stand-by düğmesi olmalı, bu düğme üzerinde cihazın açık olduğunu belirten bir ikaz ışığı yanmalıdır.
23. Ünitin spiral kablolu elcikleri en az 3m uzunluğa kadar uzayabilmeli her iki enstrümanla da aynı anda kullanabilir imkanı verebilmeli, ışık kaybına sebep olmayacak güçte transformatöre sahip olmalıdır.
24. Elcikler oturtulduğu yuvadan alındığında kullanılan başlığa enerji gelmeli, yerine konulduğunda enerji kesilmelidir. Elcik alındığında ışığın yanmasını sağlayan mekanizma dışarıdan gözükmemelidir. Bu sayede tozlanma gibi nedenlerle fonksiyonunu yitirmesi engellenmelidir.
25. Elcikler üzerinde ışık ayarı yapılabilir.
26. Elcikler yerlerinden alındığında ampulün ömrünü uzatmak için voltajı düşükten yükseğe doğru arttıran yumuşak başlatma özelliği olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

27. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi " başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
28. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.
29. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi İşaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
30. Cihaz, 2 yıl süreyle garanti kapsamında olmalı ve 10 yıl süre ile de teknik servis desteği yüklenici firma tarafından verilmelidir.
31. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 10 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve belirlenen süreyi aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
32. Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir.
33. İstenen teknik servis ve yedek parça garanti belgeleri Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firmalar tarafından ihaleden sonra, noter tasdikli olarak verilecektir.
34. Cihaz kurulduktan sonra en az bir hafta süreyle çalışması yönünden denenecek ve bu deneme süresi sonunda kabul edilecektir.


Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFH&eS=273590> adresinden yapılabilir.

[Handwritten Signature]
T.C. Sağlık Bakanlığı
18000000000000000000
Dr. Tesis: 66800 - Cihaz No: 66800000000000000000

35. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
36. İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği kişilere ücretsiz eğitim verecektir.
37. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı



Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFH&eS=273590> adresinden yapılabilir.