


1. Dolap 304 Kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Dolap üzeri 2 bölmeli ve 4 kapaklı olmalıdır.
3. Dolap kapakları temizlik açısından çift cidarlı olmalıdır.
4. Dolap kapakları mıknatıslı sabitleyicilere sahip olmalıdır.
5. Her bir bölümde 4 adet ara raf olmalıdır.
6. Dolap altında iki sıra halinde toplam 4+4=8 adet çekmece olmalıdır.
7. Çekmeceler teleskopik raylı mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Çekmece kafaları çift cidarlı olmalıdır.
9. Dolap boru tip paslanmaz ayaklara sahip olmalıdır.
10. Dolap ölçüsü 1800 x 550 x 1900 mm( $\pm$  50 mm) olmalıdır.
11. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
12. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
13. Teklif verecek firma yerinde keşif ve ölçülendirme yapmalı ve yer gördü belgesi almalıdır.
14. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
15. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
16. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
17. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Üretici veya satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Üretici veya satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.

Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN  
Dipl. No: 17985  
Uzmanlık No: 80082 Yenidoğan No: 105121  
K.S.U. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Uzmanı

Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN  
Dipl. No: 17985  
Uzmanlık No: 80082 Yenidoğan No: 105121  
K.S.U. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Uzmanı

**Saim Artemiz**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Saim Artemiz

Çelik Dolap 1800x550x1900 mm



**Selma AYTEMİZ**  
YDYB Üyesi  
Sorumlu Hemşire

**Doç. Dr. Sadık YILMAZ**  
K.S.T. 7995  
No: 105121  
Uzmanlık  
Doğan Uzmanı

**Sadık YILMAZ**  
No: 117935  
No: 105121  
Uzmanlık  
Doğan Uzmanı