

ULTRASONİK HOMOJENİZATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 1 ml den 200 ml'ye kadar olan malzemelerin ultrasonik olarak parçalanmasında kullanılabilir.
2. Cihaz %10-100 arasında gücü dijital olarak ayarlanabilir.
3. Cihaz %10-100 arasında pulse modu dijital olarak ayarlanabilir.
4. Cihazın zaman ayarı dijital olarak 1 saniye ile 99 dakika arasında veya sürekli ayarlanabilir olacaktır.
5. Cihaz, 20 kHz frekans ve maksimum 70 Watt gücünde olacaktır.
6. Cihaz GM 2070.2 jeneratör, UW 2070 ultrasonik konverter, SH 70G standart horn ve MS 73 mikro uç, orijinal stand ayak ile çalışmaya hazır durumda olacaktır. Bu konfigrasyon ile 2 ml den 50 ml ye kadar olan malzemeler ultrasonik parçalama yapabilir.
7. Cihazda istenildiğinde 2,3,6 ve 13 mm çağında probler kullanılabilir.
8. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
9. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
10. Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

Prof. Dr. Fatma İSMAİL TOLUN
K.S.Ü. TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. No: 1014 / 50164 - 85549

Prof. Dr. Metin KILINÇ
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğretim Üyesi
Diploma No: 631