

Embriyo Saklama tankı teknik şartnamesi

1. Tank basınçsız ortamda örnek saklanması ve depolanması için kullanılacaktır.
2. Tank rahat taşınması için kulpu olmalıdır.
3. Tankın kullanılabilir hacmi 47 litre olmalıdır.
4. Tanktaki günlük buharlaşma oranı 0.39 lt/gün den olmalıdır.
5. Tankın boş ağırlığı 19 Kg olmalıdır.
6. Tankın boyun kısmı 127 mm (+5mm Toleransı olmalıdır) genişliğinde olmalıdır.
7. Tankın dış çapı 508 (+5mm Toleransı olmalıdır) mm olmalıdır.
8. Tankın yüksekliği 673 (+5mm Toleransı olmalıdır) mm olmalıdır.
9. Tank içerisinde en az 10 adet kanister olmalıdır.
10. Kanister çapı 71mm olmalıdır.
11. Kapasite 1.2mL & 2.0mL Vials (5/cane): en az 1050
12. Kanister Yüksekliği 276 mm(+5mm Toleransı olmalıdır) olmalıdır
13. Cihaz üretim hatalarına karşın 2 yıl boyunca garanti vermelidir
14. Sistem ile birlikte aşağıdaki özelliklerde **TEKERLEKLİ STANT** verilmelidir.
 - a. Tekerlek sistemi, basınçsız sıvı azot tanklarını hareket ettirmek için kullanılacaktır.
 - b. 6 adet dönebilen tekerleğe sahip olmalıdır.
 - c. Tekerleklerden en az bir tanesi kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
 - d. Tekerlek sistemi genişliği ayarlanabilir özellikte veya tankın ölçülerine uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Doç. Dr. Aslı YAYLALI
KSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı
Tıp Fakültesi Embriyoloji
Laboratuvar Sorumlusu
Diploma Tescil No: 130187

Prof. Dr. Ali ÖZER
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. No: 109977194256