



#### KULAK SPEKULUMU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Ürünler polikliniğimizde kullanılan Heine marka manuel cihazlara uyumlu olmalıdır.
2. Ürünlerin bir kısmı kilit mekanizmalı bir kısmı geçmeli olmalıdır.
3. 3-4-5 mm çaplarında spekulumlar olmalıdır. 3 mm çaplı spekulumdan 30 adet, 4 mm çaplı spekulumdan 40 adet, 5mm çaplı spekulumdan 30 adet olacaktır.
4. Numuneler görülerek değerlendirme yapılacaktır.

  
Prof. Dr. İbrahim ORHAN  
K.S.Ü. Tıp Fakültesi  
K.B.B. A.D.  
Dip. Tes. No: 1131509 Uz. No: 3282

  
Doç. Dr. Muhammed Gazi YILMAZ  
KSÜ Tıp Fakültesi KBB ABD  
Dip. Tes. No: 117733