

"SABİTLENEBİLEN TEMEL DİSSEPİMENTAL SET TEKNİK ŞARTNAMESİ" - 2

- 1 Teklif edilen ürünlerin üzerinde markası, katalog kod numarası, lot numaraları ve CE işareti ile ürünün özelliğine bağlı olarak lock, unlock, ok işareti, malleable, radiolucent gibi yönlendirici ve belirleyici işaretler silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Teklif edilen ürünün katalog numarası, ölçüleri ve katalog resmi birbirini tutmalıdır.
- 2 Teklif veren firmaların teklif ettiği ürün özel üretim olmamalı, ürünün katalog numaraları ve ölçüleri temin edilecek orijinal kataloglarında bulunmalıdır.
- 3 Teklif edilen ürünlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Tavan lambası veya parlak ışık altında gözü alacak şekilde parlayan maddeden imal edilmiş olmamalıdır.
- 4 Sistemdeki tüm parçalar metal alaşımdan olmalı, farklı bir malzemeden olmamalıdır.
- 5 Otoklava, paslanmaya, oksitlenmeye karşı dayanıklı olmalı, bu özellik bir kalite kuruluşu tarafından kullanılan materyalin kimyasal içeriği ile birlikte belgelenmelidir. Sistem monte edilip kilitlemeler yapıldığında set esnememelidir. Pozisyonunu asla bozmamalı, gevşememelidir.
- 6 İhale sonrası, ihaleye katılan isteklilerden ilgili hekimin talebi ile, kurumun belirlediği tarihte demo talep edilecek olup, demo yapmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 7 Set' in tümü en az iki yıl fabrika garantisi, on yıl yedek parça temini ve satış sonrası teknik servis hizmetleri garantisi altında olmalıdır.
- 8 Teklif edilen ürün ile birlikte clip ve adaptör verilecektir.
- 9 Teklif edilen ürün, kurumda bulunan masaya monte ekartör ile uyumlu olmalıdır.
- 10 Bu teknik özellikte yazan ürünler için Thompson katalog Referans alınmıştır. Sistem aşağıda belirtilen ölçü ve özellikteki parçalardan oluşmalıdır.

a- 1 adet Lite Wand Xe (Ref:40020RX)



Kıli Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih YÜZBAŞIOĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 8641
Dip. Tes. No: 94513