


AMELİYATHANE DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün Devlet Malzeme Ofisi kodu: 104152-K3447
2. Kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Kapaklar iki adet olmalı, cam olmalı ve kilitlenebilir olmalıdır.
4. Paslanmaz çelikten çepeçevre kenar kapama pervazı bulunmalıdır.
5. Ölçüleri yaklaşık olarak (ExBxY) 467x900x1800 mm olmalıdır.
6. En az 3 adet rafı olmalıdır.
7. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve sıraya göre cevap vereceklerdir.
Bu cevaplar “Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
8. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.
9. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan firma teklifleri reddedilecektir.
10. Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği gerekli orijinal teknik dokümanları vermelidir.
11. Teklif edilen ürüne ait Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, CE vb.) standartlara uygunluk belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları A.D. Başkanı



Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFH&eS=273590> adresinden yapılabilir.