

4,25 MM FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU

Teklif edilen ışık kablosu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;

1. En az 3 m uzunluğunda ve en az 4,25 mm kalınlığında olmalıdır.
2. RoHS uyumlu materyalden üretilmelidir.
3. Mekanik basınç ve otoklava karşı dayanıklı bileşik optik fiberlerden oluşmalıdır.
4. Optimal ışık iletimi silikon tüp ile bükülmeye karşı izolasyon korumalı olmalıdır.
5. Otoklavlanabilmelidir.
6. Kurumda mevcut bulunan / teklif edilen Olympus sistemi ile tam uyumlu olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet ACIPAYAM
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Uz. Dip. No: 68150

Doç. Dr. Feri EROĞLU
K.S.Ü. Kalp Damar Cerrahi A.B.D.
Uz. Dip. No: 68115