

GÖBEK KLEMBİ DISPOSABLE

1. Steril poşetlerde, sterilizasyon şekli ve tarihi üzerinde belirtilmiş, plastik olacak.
2. Kapatıldığında asla açıklık olmayacaktır.
3. Ürün tek elle kapanacak, kesmeyecek, alerjik reaksiyon göstermeyecektir.
4. Steril tarihi ihale tarihinden en fazla 6 ay öncesine ait olacaktır.
5. Kullanım sırasında problem çıkarmayacaktır
6. Kenarları deri tahrişini önlemek için yuvarlatılmış olmalıdır.
7. Numuneler denenerek alınacaktır.

Yrd.Doç.Dr. Uğurkan ERKAYIRAN
KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Has.
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.
Dip. No: 140154 Uzm. Tes.No: 104810

Prof. Dr. Hakan KIRAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. No : 5641
KSÜ TIP FAKÜLTESİ