

HD VIDEO KOLONOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Video kolonoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve HD (High Definition) özelliğinde olmalıdır.
2. Video kolonoskopun saha görüş açısı 140 derece olmalıdır.
3. Video kolonoskopun saha görüş derinliği 2-100 mm arasında olmalıdır.
4. Video kolonoskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Video kolonoskopun insertion tüp dış çapı 12,0 mm olmalıdır.
6. Video kolonoskopun distal dış çapı 12,0 mm. olmalıdır.
7. Video kolonoskopun çalışma kanalı iç çapı 3.8 mm olmalıdır.
8. Video kolonoskopun faydalı çalışma uzunluğu 1.690 mm, toplam uzunluğu ise 1.990 mm olmalıdır.
9. Video kolonoskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 180 derece ,aşağı 180 derece , sağa 160 derece,sola 160 derece olmalıdır.
10. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
11. Video kolonoskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Video kolonoskop cihazı üniteye kullanılmakta olan fujifilm marka video prosesor cihazı ve ışık kaynağıyla uyumlu olmalıdır.

. Üniteye mevcut cihaz modeli:FUJINON LIGHT SOURCE XL4450

Doç. Dr. Kadir GİŞİ
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 87462 Etiler Tes. No: 120734