

İŞIKLI MİKROSKOP ŞARTNAMESİ

- 1- Işıklı mikroskobun en önemli özelliklerinden bir tanesi Türkçe menüye sahip olmalıdır.
- 2- Işıklı mikroskop 1350X'e kadar yakınlaştırma yapabilme imkânı olmalıdır.
- 3- Işıklı mikroskop video modu ve fotoğraf modu olarak iki farklı modu bulunmalıdır.
- 4- Işıklı mikroskop Dijital her türlü endüstriyel olarak sıralama yapılabilmelidir.
- 5- Işıklı mikroskop üzerinde takılı olarak gelen 7.5 inch boyutunda HD kalitede LCD dijital bir göstergeye sahip olmalıdır.
- 6- Işıklı mikroskop dikey görüntüleme yapan dijital mikroskoplarda yansımayı engellemek için açılabilir stand bulunmalıdır.
- 7- Işıklı mikroskop ayarlanabilir ışık; numunenizi en iyi şekilde görebilmeniz için mükemmel ışık seviyelerini bulmanıza yardımcı olmak üzere 8 farklı ayar seviyesi bulunmalıdır.
- 8- Işıklı mikroskobun sahip olduğu standa takıp çıkartılabilen iki kafalı ışık özelliği bulunmalıdır.
- 9- Işıklı mikroskop standı profesyonel özel tasarlanmıştır, alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 10- Işıklı mikroskop Ayarlanabilir otomatik kapanma özelliği bulunmalıdır.
- 11- Işıklı mikroskop Hafızaya kayıt için cihazın içerisine 1gb 'dan başlayarak 128 gb'a kadar micro sd kart takılabilmektedir. Cihazın paketinden kart verilmelidir.
- 12- Işıklı mikroskop ürün numunesi kullanacak birim tarafından incelenip uygun görüldüğü takdirde kabul edilecektir.

13.biyomedikal atölyesi

Fatih TOPAK
Biyomedikal Atölye Şefi

Burak ÇİL
Hastane Müdürü