

LAPAROSKOPİ PORTEĞÜ SET ŞARTNAMESİ

MAKRO İĞNE TUTUCU

Teklif edilen makro iğne tutucu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;

1. Ergonomik ve piston kilit mekanizmalı kabzası olmalıdır.
2. Kilit bırakma mekanizması bulunmalıdır,
3. Çenesi distalde sola doğru eğimli 2 Adet olmalıdır.
4. Çapı 5 mm, uzunluğu 33 cm olmalıdır.

MAKRO İĞNE TUTUCU

Teklif edilen makro iğne tutucu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;

1. Ergonomik ve piston kilit mekanizmalı kabzası olmalıdır,
2. Kilit bırakma mekanizması bulunmalıdır,
3. Çenesi distalde sağa doğru eğimli 2 Adet olmalıdır,
4. Çapı 5 mm, uzunluğu 33 cm olmalıdır.

MAKRO İĞNE TUTUCU

Teklif edilen makro iğne tutucu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;

1. Ergonomik ve kilit mekanizmalı kabzası olmalıdır,
2. Kilit bırakma mekanizması bulunmalıdır,
3. Çenesi distalde sola doğru eğimli 1 Adet olmalıdır,
4. Çapı 5 mm, uzunluğu 33 cm olmalıdır.

MAKRO İĞNE TUTUCU

Teklif edilen makro iğne tutucu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;

1. Ergonomik ve kilit mekanizmalı kabzası olmalıdır,
2. Kilit bırakma mekanizması bulunmalıdır,
3. Çenesi düz 1 Adet olmalıdır,
4. Çapı 5 mm, uzunluğu 33 cm olmalıdır.

Doğ. F.
K.S.U. Tıp Fak.
Kadın H.
Dip.

3
TOK
Hastanesi
A.B.D.
60872
1690

ÖZER
Uygulama ve
Dip. Tez. No: 109977/20256