

METAL ASPIRATÖR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

25 Adet Emme Tüpü,

1. Teklif edilen emme tüpü, cut-off delikli ve styletli olmalıdır.
2. Teklif edilen emme tüpü, LUER bağlantılı olmalıdır.
3. Teklif edilen emme tüpü, özel mat yüzeyli olmalıdır.
4. Teklif edilen emme tüpü, 6 Fr. olmalıdır.
5. Teklif edilen emme tüpünün çalışma uzunluğu 11 cm olmalıdır.

25 Adet Emme Tüpü,

1. Teklif edilen emme tüpü, cut-off delikli ve styletli olmalıdır.
2. Teklif edilen emme tüpü, LUER bağlantılı olmalıdır.
3. Teklif edilen emme tüpü, özel mat yüzeyli olmalıdır.
4. Teklif edilen emme tüpü, 8 Fr. olmalıdır.
5. Teklif edilen emme tüpünün çalışma uzunluğu 11 cm olmalıdır.

25 Adet Emme Tüpü,

1. Teklif edilen emme tüpü, cut-off delikli ve styletli olmalıdır.
2. Teklif edilen emme tüpü, LUER bağlantılı olmalıdır.
3. Teklif edilen emme tüpü, özel mat yüzeyli olmalıdır.
4. Teklif edilen emme tüpü, 10 Fr. olmalıdır.
5. Teklif edilen emme tüpünün çalışma uzunluğu 11 cm olmalıdır.

25 Adet Emme Tüpü,

1. Teklif edilen emme tüpü, cut-off delikli ve styletli olmalıdır.
2. Teklif edilen emme tüpü, LUER bağlantılı olmalıdır.
3. Teklif edilen emme tüpü, özel mat yüzeyli olmalıdır.
4. Teklif edilen emme tüpü, 12 Fr. olmalıdır.
5. Teklif edilen emme tüpünün çalışma uzunluğu 11 cm olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÇINAR
KSÜ Tıp Fakültesi
K.B.B. ABD
Dip. Tes. No: 158863

Doç. Dr. Muhammed Gazi YILDIR
KSÜ Tıp Fakültesi KBB ABD
Dip. Tes. No: 117733