

OFTALMİK KAFA JEL PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oftalmik kafa pedi göz ameliyatlarında hasta başını desteklemek için üretilmiş olmalıdır.
2. Ölçüleri 28,5x24,5x 6,5 cm boyutlarında olmalıdır.
3. Viskoelastik polimerden imal edilmiş olmalıdır.
4. Tekrar kullanılabilir ve temizliği kolayca yapılabilir olmalıdır.
5. Su geçirmez ve anti-statik olmalıdır.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları A.D. Başkanı

