

RADYASYONDAN KORUYUCU KURŞUN CAMLI GÖZLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)X-Işınına karşı 0.75 mm Pb (Kurşun) eşdeğerli koruma sağlamalıdır.
- 2)Gözlük Camları Yüksek-Işık İletme özelliğine ve daha fazla görünür ışık özelliğine sahip olmalıdır.
- 3)Radyasyona karşı özel olarak yapılmış kurşunlu Gözlük Camları kullanılmış olmalıdır. Kesinlikle gözlük camı maksadıyla yapılmamış düz kurşunlu camlar kullanılmamalıdır.
- 4)Yüksek darbe ve kimyasallara karşı dayanıklı çerçeveden yapılmış olmalıdır.
- 5)Başı saran şakak dizaynı ile tasarımı estetik olmalı ve maksimum koruma sağlamalıdır. Hafif olmalıdır.
- 6)Gözü sıçrayan ve ayrıca yanlardan da gelebilecek x-ışınlarına karşı koruyacak nitelikte dizayn edilmiş olmalıdır.
- 7)Kullanımı kolaylaştırmak, düşmeyi engellemek üzere boyun tutucusu bulunmalıdır
- 8)Taşıma ve saklama maksadıyla kutusu bulunmalıdır.
- 9)Gözlükler göz ve görme sağlığının korunması devamının sağlanması bakımından Uluslararası EN 61331-1:2002 standartlarına;Tipta teşhis amaçlı kullanılan X-Işınına karşı koruyucu cihazlara ait standarda uygun olmalıdır.
- 10)CE Belgesi bulunmalıdır. (CE işareti ile birlikte dört haneli Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Numarası olmalıdır.
- 11)X-Işınına karşı koruyucu özellikleri ve koruma oranları, yapılan test sonuçları ile belgelendirilmelidir.
- 12)Değerlendirmeler numune üzerinden yapılmalıdır.

Doç. Dr. Ekrem AKSU
Dip. Tes. No: 85842
Uz. Tes. No: 60361
K.S.Ü. Kardiyoloji A.B.D.

Prof. Dr. Akif Serhat BALCIOĞLU
Dip. Tes. No: 102878
Uz. Tes. No: 72994
KSÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD.