

Refakatçı Kullanımlı Tek Kişilik Akülü Hasta Taşıma Aracı (S-40)

- 1- Taşıma kapasite en az 200 kg. olmalıdır
- 2- Sürücü için araç üzerinde en az 40 cm genişlik 30 cm uzunluk ölçülerde alan olmalıdır.
- 3- Arka tekerler 3.00-8 / ön tekerler 3.00-4 ölçülerinde dolgu teker olmalıdır
- 4- Aküleri en az 50 Ah, 2 adet ve aküleri gizleyen ABS akü kutusu olmalıdır
- 5- Terlemeyi geciktiren ve bakteri önleyici Denye 600 tipi döşeme kumaşı olmalıdır
- 6- Tork gücü yüksek Motor, en az 1500 W olmalıdır
- 7- Şase çelik boru ve profilden olmalıdır
- 8- Şase boyası elektro statik olmalıdır
- 9- Aracın akülerini şarj etmek için araç üzerinde ikinci harici gümüş kaplama pinli soket olmalıdır
- 10- Aracın en az 100 cm uzunluk ve 64 cm genişlik ölçülerinde olmalıdır
- 11- Taşınacak engeli/hasta nın kilo ve ölçülerine göre ayarlanabilir oturma alanı olmalıdır
- 12- Aracın hızı en az 1 / 6km./Saat arası olmalıdır
- 13- Aracın tırmanma açısı en az 10 derece olmalıdır
- 14- Araç joystick ile kendi etrafında 360 derece dönebilir ve ileri geri gitmelidir
- 15- Araçta 1 ad. emniyet kemeri olmalıdır

Lütfiye MANKIR
Acil Servis
Sorunlu Hemşiresi

Dr. Öğr. Üyesi İlker AKBAŞ
Dip. Tes. No: 140898
KSÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.