


RETİNSKOPI CETVELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Miyop ve hipermetrop lensler ayrı renklerdeki cetvellerden oluşmalıdır.
2. Diyoptiri aralıkları küçük dereceler için 0.5 derece olmalıdır.
3. Sağlam ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Ergonomik olmalıdır.
5. Miyop ve hipermetrop cetvelleri tek bir plastik kılıf içinde muhafaza edilmelidir.
6. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır.
7. İştirakçi firma katalog ve tanıtım broşürlerini ihale evrakları arasına koymalıdır.
8. Teklif edilen malzeme için TSE hizmet yeterlilik belgesi ile sanayi ve ticaret bakanlığı satış sonrası hizmet belgesi yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.



Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı