

SIVI AZOT NUMUNE TRANSFER (KARANTİNA) TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tank basınçsız ortamda sıvı azotun saklanması ve depolanması için kullanılacaktır.
2. Tank rahat taşınması için kulpu olmalıdır.
3. Kolay taşıma için taşıma sırtlık kılıfına veya taşıma çantasına sahip olmalıdır.
4. Tankın kullanılabilir hacmi 2-4 litre aralığında olmalıdır.
5. Tankdaki günlük buharlaşma oranı 0.16 lt/gün den az olmalıdır.
6. Tankın boş ağırlığı en fazla 4 Kg olmalıdır.
7. Tankın boyun kısmı 30 mm (+5mm Toleransı olmalıdır) genişliğinde olmalıdır.
8. Tankın dış çapı 230 mm(+10mm Toleransı olmalıdır) olmalıdır.
9. Tankın yüksekliği 375 mm (+25mm Toleransı olmalıdır) olmalıdır.
10. Tank içerisinde en az 1-3 adet kanister olmalıdır.
11. Kanister çapı 19mm veya 38 mm, yüksekliği 120mm olmalıdır.
12. Teklif veren firmanın üts teknik hizmet kaydı olmalıdır.
13. Cihaz Türkiye dışında üretilmiş olup üretim hatalarına karşın 2 yıl boyunca garanti verilmelidir. Üretim sonlanma tarihinden itibaren de 8 yıl boyunca ücret karşılığında yedek parça ve teknik destek sağlanmalıdır.
14. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
15. Teklif veren firmanın Tıbbi Cihaz satış yeri yetki belgesi bulunmalıdır.
16. Teklif veren firmanın ISO 13485:2016 Kalite Sistem Belgesi olmalıdır.
17. Teklif veren firmanın ISO 9001:2015 Kalite Sistem Belgesi olmalıdır.
18. Teklif veren firmanın ISO 10002:2018 Kalite Sistem Belgesi olmalıdır.
19. Teklif veren firma ürünün Türkiye temsilcisi olmalı veya Türkiye temsilcisi tarafından yetkilendirilmelidir.