

SOĞUK IŞIK KAYNAĞI VE FİBEROPTİK KABLO

A. CİHAZIN GENEL ÖZELLİKLERİ:

- Teknik şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- Üretici firmanın web adresi yazılacaktır. Katalog ile web adresindeki özellikler bire bir aynı olmalıdır. Çelişki durumunda teklif değerlendirilmeyecektir.
- Şartnamede belirtilen özellikler bire bir olmalıdır. Yapılan itirazlarda alt modellerle ait değişiklikler kabul edilmeyecektir.
- Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır. Bu sebeple de medikal Monitör, taşıma sehpası hariç teklif edilen tüm cihazların aynı marka olması zorunluluğu vardır.
- Teklif edilen ürünlerin, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformite Europeenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.
- Kurumun ihaleye iştirak edip şartname özelliklerini karşılayan firmalardan teknik özellikleri görebilmek için demo cihazı talep hakkı bulunmaktadır. Demo cihazında şartnamede belirtilen özellikler hepsi aranacaktır. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, teklif değerlendirme dışına alınacaktır. Demo hastanenin belirlediği süre içinde yapılacaktır. Demo tarihi 10 gün önce firmaya bildirilecektir. Demoya davet edilen firma demoya katılmadığı takdirde teklifleri değerlendirme dışına alınacaktır.

B. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI

- Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacaktır.
- Garanti süresinin dolmasından sonraki 8 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÇINAR
KSÜ Tıp Fakültesi
KBB ABD
Dip.Tes.No: 158863

Doç. Dr. Muhammed Gazi YILDIZ
KSÜ Tıp Fakültesi KBB ABD
Dip.Tes. No: 117733

C. TEKNİK ÖZELLİKLER

SOĞUK IŞIK KAYNAĞI LED: (1 adet)

Teklif edilecek cihaz aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır.

- 1- 100-240 VAC, 50/60 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
- 2- Lamba ömrü en az 20.000 saat olmalıdır.
- 3- Ön panel su geçirmeme özelliğine sahip olmalıdır ve bu özellik mutlaka orijinal katalog üzerinden ispat edilmelidir.
- 4- 300 Watt LED Lamba ile çalışmalıdır.
- 5- Renk ısı 6500 K olmalıdır.
- 6- Cihaz phaser technology'e sahip olmalıdır.
- 7- Işık şiddet ayarı sürekli manuel ve otomatik olarak yapılabilmelidir.
- 8- Cihaz panelinde otomatik modu olmalı ve ışık kaynağı istenildiğinde otomatik modda çalışabilmelidir.
- 9- Cihazın aynı marka kameraya video çıkışı ile bağlanma özelliği olmalıdır. Bu bağlantı ile cihaz otomatik shutter speed yapabilmelidir.
- 10- Cihazda turret connectör özelliği bulunmalıdır.(olympus, wolf, gyrus acmı,storz kablo giriş uyumu)
- 11- 1 adet Elektrik kablosu ile birlikte verilmelidir.
- 12- Ürün 380×120×360mm ebatında olmalıdır.

FİBEROPTİK IŞIK KAYNAĞI (1 adet)

- 1- Çapı 3,5 mm, uzunluğu en az 300 cm olmalıdır.
- 2- Otoklav ve solüsyon steril yöntemleri ile steril edilebilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÇINAR
KSÜ Tıp Fakültesi
KBB ABD
Diy. Tes. No: 158863

Doç. Dr. Muhammed Cezir YILDIZ
KSÜ Tıp Fakültesi KBB ABD
Diy. Tes. No: 117733