

5.4 mm 30° Teleskop

- Teklif edilen teleskop 5.4 mm apında olmalıdır.
- Teklif edilen teleskopun alıřma uzunluęu 300 mm olmalıdır.
- Teklif edilen teleskop 30° grř aılı olmalıdır.
- Teklif edilen teleskop "distortion free" grnt saęlamalıdır.
- Teklif edilen teleskop distal ucu altın lehimli olmalıdır, bylece otoklav ve su sızıntısına karřı dayanıklı olmalıdır.
- Teklif edilen teleskop kolay kilitlenme mekanizmasına sahip olmalıdır.
- Teklif edilen teleskop sterilizasyon iin otoklavlanabilmelidir.
- Teklif edilen teleskop orijinal sterilizasyon tepsisi ile birlikte verilmelidir.

Prof.Dr. Mehmet ACIPAYAM
K.S. Tıp Fakltesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Uz. Diy.No: 68150

Do. Dr. Erdi EROęLU
K.S. Kalp Damar Cerrahi A.D.
Diy. Tes. No: 99115