

Triangular Fibrokartilaj Kompleks Eklem İçi Girişim Seti

1 Adet 30° Teleskop

1. İleri oblik görüşlü olmalıdır.
2. Çapı 1.9 mm olmalıdır.
3. Uzunluğu 6.5 cm olmalıdır.
3. Otoklav ile steril edilebilmelidir.
4. Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
5. Teleskopun ışık fiberlerinin ve rod lenslerinin daha uzun ömürlü olması için, teleskop üzerinde, uygun kalınlıktaki Fiber-Optik ışık kablosunun seçilmesini sağlayan, yönlendirici işaretler olmalıdır.
6. Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
7. Teleskop, üretimde kullanılan çeliğin, uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
8. Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet adaptöre sahip olmalıdır.
9. Teleskop ile birlikte koruyucu tüp verilmelidir.

1 Adet Artroskopi Kılıfı

1. Teklif edilen artroskopi kılıfı yüksek akışlı olmalıdır.
2. Çapı en az 2.5 mm olmalıdır.
3. Uzunluğu 4 cm olmalıdır.
3. Bir adet sabit musluklu olmalıdır.
4. 30° teleskopla birlikte kullanılabilmelidir.

1 Adet Sivri Obturator

1. Sivri uçlu olmalı ve teklif edilen artroskopi kılıfı ile birlikte kullanılabilmelidir.

1 Adet Künt Obturator

1. Künt uçlu olmalı ve teklif edilen artroskopi kılıfı ile birlikte kullanılabilmelidir.

1 Adet Teleskop 30°, 2.4 mm

1. İleri, oblik görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
2. 2.4 mm çapında 30 derece, açılı olmalıdır.
3. Uzunluğu 10 cm olmalıdır.
4. Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.

Doç. Dr. Duran TOPAK
Dip. Tescil No: 11178
K.S.U. Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir İsmail DERE
Diploma Tescil No: 186728
K.S.U. Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

5. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Teleskopun ışık fiberlerinin ve rod lenslerinin daha uzun ömürlü olması için, teleskop üzerinde, uygun kalınlıktaki Fiber-Optik ışık kablosunun seçilmesini sağlayan, yönlendirici işaretler olmalıdır.
7. Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
8. Teleskop, üretimde kullanılan çeliğin, uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
9. Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet adaptöre sahip olmalıdır.
10. Teleskop ile birlikte koruyucu verilmelidir.

1 Adet Yüksek Akışlı Artroskopi Kılıfı , 3.5 mm, 6.5 cm, çift musluklu

1. Teklif edilen artroskopi kılıfı yüksek akışlı olmalıdır.
2. Çapı en az 3.5 mm olmalıdır.
4. Çalışma uzunluğu 6,5 cm olmalıdır.
5. İki adet döner musluklu olmalıdır.
6. 30° teleskopla birlikte kullanılabilmelidir.
7. Artroskop kilitleme mekanizması kolay kullanıma uygun snap-in yapıda olmalıdır.

1 Adet Sivri Obturator

1. Sivri uçlu olmalı ve teklif edilen artroskopi kılıfı ile birlikte kullanılabilmelidir.

1 Adet Künt Obturator

- Künt uçlu olmalı ve teklif edilen artroskopi kılıfı ile birlikte kullanılabilmelidir.

2 Adet Teleskop Sterilizasyon ve Saklama Kutusu

1. Tel sepet şeklinde olmalıdır.
2. En fazla 5 mm çapında ve 20 cm uzunluğunda rijit teleskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
3. Teleskop tutucuları silikon yapılı olmalıdır.
4. Teleskop ışık kablosu adaptörleri için tutucusu olmalıdır.
5. Teleskop ile aynı marka olmalıdır.

Doç.Dr. Duran TOPAK
Dip. Tescil No: 136178
K.S.U. Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir İsmail DERE
Diploma Tescil No: 186728
K.S.U. Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.