



T.C.
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 1 / 1

TALEP NO: 220
TALEP ADI : (220)KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İHTİYACINA 1 KALEM CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU / 253.03
ALIMI [DÖNER SERMAYE]
TALEP TARİHİ : 16.01.2025
TALEP YERİ : K.B.B.KLİNİĞİ
TEKNİK ŞARTNAME

1	TUR MOTORU	1	Adet
---	------------	---	------

TUR MOTORU MOTOR KABLO
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif veren firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye tek temsilcisi yada mümessilin yetkili bayisi olduğunu gösterir onaylı Tek Temsilcilik belgesini teklifine eklemelidir.
- 2- Teklif edilen cihaz, 2 yıl süre ile kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olmalıdır. Garanti süresinden sonra 5 Yıl boyunca ücret karşılığında yedek parça ve servis temini garantisi verilmelidir.
- 3- Ameliyathanemizde bulunan IPC konsol ile uyumlu olmalıdır.
- 4- Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi gereklidir.
- 5- Mikromotor Tur Sistemi Motor Kablo aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
Handpiece'in operasyon kullanım limiti maksimum 60.000- minimum 200 devir olmalıdır.
- 6- İrrigasyon dakikada 60cc'ye kadar yapılabilmeli ya da istenildiğinde kapatılabilmelidir.
- 7- Handpiece tutuş rahatlığı için hafif ve görüş açısını kapatmamalıdır.
- 8- Handpiece kalınlığı maksimum 2.2cm olmalıdır
- 9- Motor kablo uzunluğu 460±10cm olmalıdır.

1. KOMİSYON ÜYESİ

2. KOMİSYON ÜYESİ

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI