

X-IŞININDAN KORUYUCU KURŞUNSUZ BOYUNLUK

(TİROİT KORUYUCU)

1. X-Işınından koruyucu Boyunluklar (Tiroit Koruyucu) hafif ağırlıkta kurşunsuz materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Boyunlukların (Tiroit koruyucu) x-ışınına karşı koruması 0,50 mm Pb (kurşun) eşdeğerinde olmalıdır.
3. Boyunluklar (Tiroit Koruyucu) troid bölgesini tam sarmalıdır.
4. Boyun hareketlerini etkilemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. Katlandığında herhangi bir kırılma ve deforme meydana gelmemelidir.
6. Anti bakteriyel silinebilir yumuşak kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
7. Boyunlukların (Tiroit Koruyucu) üzerinde üretici firma bilgileri ve normlarını gösteren orijinal etiketleri olmalıdır.
8. Radyasyona karşı personel ve hasta koruyucu standartlarına EC 89/686/EEC ve DIN EN 61331:2000 'e uygun olmalıdır.
9. CE Belgesi bulunmalıdır. CE işaretiyle birlikte dört haneli onaylanmış kuruluş (Notified Bodies)numarası bulunmalıdır
10. X-Işınına karşı: koruyucu özelliği en yüksek, ağırlıkça en hafif olan Boyunluklar (Tiroit Koruyucu) tercih edilmelidir.
11. X-Işınına karşı koruyucu özellikleri ve koruma oranları, yapılan test sonuçları ile belgelendirilmelidir
12. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılmalıdır.

Doç. Dr. Elvin AKSU
Dip. Tes. No: 85842
Uz. Tes. No: 69361
K.S.Ü. Kardiyoloji A.B.D.

Prof. Dr. Akif Serhat BALCIOĞLU
Dip. Tes. No: 102878
Uzm. Tes. No: 72994
KSÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD.