



**T.C.**  
**K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Sayfa : 1 / 4

**TALEP NO:** 159  
**TALEP ADI :** HASTANE GENEL İHTİYAÇ ÜCRETSİZ MALZEME ALIMI  
**TALEP TARİHİ :** 18.01.2018  
**TALEP YERİ :** K.S.Ü ARŞ.VE UYG.HASTANESİ DÖNER SERMAYE DEPOSU

**TEKNİK ŞARTNAME**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1   | ALÇI PAMUĞU 20*150 CM                                                                                                                                                                                                                                         | 600   | Adet  |
| 1.  | Medikal sentetik elyaftan imal edilmiş orta kalınlıkta, düzgün kenarlı ve uzunluğu boyunca aynı kalınlıkta olmalıdır byu 20*150 cm olmalıdır.                                                                                                                 |       |       |
| 2.  | Pamuklu ped gibi su emmemelidir.                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| 3.  | Yumuşak ve koruyucu tampon vazifesi görmelidir.                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| 4.  | Kolayca kopabilme özelliği olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| 5.  | Hipoallerjik olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
| 6.  | Sentetik pamuk eksiz olmalı kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulundurmamalıdır.                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 7.  | Her bir alçı altı pamuğu genişliğine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalıdır.                                                                                                                                                            |       |       |
| 8.  | X ışını geçirebilmeli röntgen çekile bilmelidir.                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| 9.  | Rulo kağıt ile sarılmış olmalı, kağıt kolayca açıla bilmelidir.                                                                                                                                                                                               |       |       |
| 10. | AB direktifine göre 93/42 Tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde CE oelgeli olmalıdır.                                                                                                                                                             |       |       |
| 11. | Sağlık bakanlığından üretim veya ithal izin belgesi olmalıdır                                                                                                                                                                                                 |       |       |
| 2   | ALÇI PAMUĞU 10CM                                                                                                                                                                                                                                              | 1000  | Adet  |
| 1.  | Medikal sentetik elyaftan imal edilmiş orta kalınlıkta, düzgün kenarlı ve uzunluğu boyunca aynı kalınlıkta olmalıdır byu 10*150 cm olmalıdır.                                                                                                                 |       |       |
| 2.  | Pamuklu ped gibi su emmemelidir.                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| 3.  | Yumuşak ve koruyucu tampon vazifesi görmelidir.                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| 4.  | Kolayca kopabilme özelliği olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| 5.  | Hipoallerjik olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
| 6.  | Sentetik pamuk eksiz olmalı kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulundurmamalıdır.                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 7.  | Her bir alçı altı pamuğu genişliğine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalıdır.                                                                                                                                                            |       |       |
| 8.  | X ışını geçirebilmeli röntgen çekile bilmelidir.                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| 9.  | Rulo kağıt ile sarılmış olmalı, kağıt kolayca açıla bilmelidir.                                                                                                                                                                                               |       |       |
| 10. | AB direktifine göre 93/42 Tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde CE oelgeli olmalıdır.                                                                                                                                                             |       |       |
| 11. | Sağlık bakanlığından üretim veya ithal izin belgesi olmalıdır                                                                                                                                                                                                 |       |       |
| 3   | ETİL ALKOL ( ETONAL ) %96                                                                                                                                                                                                                                     | 700   | Litre |
| 1.  | % 96 (SN) Etıl Alkol olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| 2.  | Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| 3.  | Alkol denatüre edilmemiş (içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır.                                                                                                                                                                                          |       |       |
| 4.  | Etıl Alkol'de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmeyecektir.                                                                                                                                                               |       |       |
| 5.  | Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) nun Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır.                                        |       |       |
| 6.  | Teklif verecek firmalar TAPDK' nin kurum yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde olmalıdır.                                                                                                                                                                |       |       |
| 7.  | ithalatçı firmalar TAPDK tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1 .sınıf alkol olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır.                                                                             |       |       |
| 8.  | Getiren firmanın " T.C . Tütün, Tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu" tarafından firma adına düzenlenmiş Dağıtım Yetki belgesinin Noter onaylı Kopyası olmalıdır.                                                                     |       |       |
| 9.  | Etıl Alkol 5 litrelik Sert Plastikten yapılmış bidonlarda teslim edilmelidir.                                                                                                                                                                                 |       |       |
| 10. | Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.           |       |       |
| 11. | Etikette ürünün adı hacme % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmalıdır. Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi verilmelidir. |       |       |
| 12. | Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge verilmelidir.                                                                                                                                                         |       |       |
| 13. | Satın alınan alkol kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir.                                                                                                                                                                                     |       |       |
| 14. | Teklif veren firmalar en az 500 cc örnek getireceklerdir                                                                                                                                                                                                      |       |       |
| 15. | Ürünün Ce veya TSE belgesi olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| 16. | Hatalı üretilen seriye ait malzemeler yüklenici firma tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti yükleniciye aittir.                                    |       |       |
| 17. | Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir.4 adet numune gönderilmelidir. \                                                                                                                                                                  |       |       |
| 4   | MASKE LASTİKLİ                                                                                                                                                                                                                                                | 80000 | Adet  |
| 1.  | Lastikli olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| 2.  | Ağız ve burnu kapatacak şekilde olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                    |       |       |
| 3.  | Nefes alıp vermeyi zorlaştırmayacak nitelikte olmalı,                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| 4.  | Burun kısmında maskenin daha iyi oturmasını sağlayacak uzunlukta metal malzemeden yapılmış kısım olmalıdır.                                                                                                                                                   |       |       |
| 5.  | Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı, burun üstü teli izole edilmiş ve yumuşak olmalı ve batarak rahatsız etmemelidir.                                                                                                  |       |       |
| 6.  | Ürüne numune denenerek (2 adet) karar verilecektir.                                                                                                                                                                                                           |       |       |



**T.C.**  
**K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Sayfa : 2 / 4

**TALEP NO:** 159  
**TALEP ADI :** HASTANE GENEL İHTİYAÇ ÜCRETSİZ MALZEME ALIMI  
**TALEP TARİHİ :** 18.01.2018  
**TALEP YERİ :** K.S.Ü ARŞ.VE UYG.HASTANESİ DÖNER SERMAYE DEPOSU

**TEKNİK ŞARTNAME**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 5   | BETAFİKS (HİPOALERJENİK ELASTİK SABİTLEME BANDI 10 X10 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4500  | Adet |
| 1)  | Gözenekli, elastik dokumasız kumaştan yapılmış hipoallerjenik tıbbi flaster olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
| 2)  | Yapısı cilt nemini geçirir ve cildin hava almasını sağlar şekilde olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
| 3)  | Cildi tahriş etmeyen yapısı vücut kıvrımlarına eklemlere kolayca uyum sağlamalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| 4)  | Arkasındaki koruyucu kâğıdı kolaylıkla açılır ve uygulanır olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |
| 5)  | Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir.4 adet numune gönderilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
| 6   | İĞNE UCU YEŞİL 21G 0.8X38MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15000 | Adet |
| 1.  | İğne uçları steril paketlerde, tek kullanımlık ve koruyucu kılıf içinde olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |
| 2.  | Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
| 3.  | İğne uçlarının paketleri sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak ve sterilizasyonu bozmayacak şekilde açılabilir olmalıdır.                                                                                                                                                                                               |       |      |
| 4.  | Ambalajı ıslanmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |
| 5.  | Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır. Yüklenici firma son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihleriyle değiştirecektir, buna dair taahhünameyi Muayene ve Kabul Komisyonununasunmalıdır.                                                                         |       |      |
| 6.  | Ambalajların üzerinde:<br>a- Üretim tarihi,<br>b- Son kullanma tarihi,<br>c- Ebadı,<br>d- Lot numarası,<br>e- Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti,<br>f- Markası,<br>g- Sterilizasyon yöntemi<br>h- Türkçe etiket, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir. |       |      |
| 7.  | Farklı numaralardaki enjektör iğneleri idarenin belirlediği miktarlarda ve sıklıkta teslim edilmeli, talep edildiğinde değiştirilebilmelidir                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
| 8.  | Yüklenici firma, bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir, buna dair taahhünameyi Muayene ve Kabul Komisyonuna sunmalıdır.                                                                                                                                                                                                                              |       |      |
| 9.  | Uhdesinde kalan firma, uygunluk için numuneyi en geç 3 (üç) gün içinde getirecek ve uygunluk alındıktan sonra malzemeleri en geç 7 (yedi) gün içinde depoya teslim edecektir. Bu süreler içinde teslimat yapmayan yükleniciye yasal işlem yapılacaktır.                                                                                                            |       |      |
| 10. | Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |
| 11. | İğne uçları her model enjektöre uyumlu olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
| 12. | Enjektöre takıldığında hava kaçağı yapmamalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| 13. | İğne ucu ( yeşil) :0,80* 38 mm - 21G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |
| 7   | İNSÜLİN ENJEKTÖR 1CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37000 | Adet |

- Enjektör 1 ml, (u-100 insülin) olmalıdır.
- İğnesi en az 1 cm olmalıdır.
- Lastik pistonlu olmalıdır.
- Diziyem ve ünite çizgileri olmalıdır.
- Piston lastiğini tutan çizgi-bariyerin çok geride ve tam fonksiyonel olmamasına bağlı kabından çıkmamalıdır
- TSE ve CE kaydı olmalıdır
- Ürün steril ambalajlarda olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde steril tarihi, son kullanma tarihi, ne ile steril edildiği bilgileri bulunmalıdır.
- Piston enjektöre tam oturalı ve iyi aspire etmelidir.
- Enjektör uçları dokuyu tahrip etmemelidir.
- Ürünün miadının dolmasına 6 ay kala firma, daha uzun miadlı ürünlerle değiştirmelidir.
- Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir.



**T.C.**  
**K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Sayfa : 3 / 4

**TALEP NO:** 159  
**TALEP ADI :** HASTANE GENEL İHTİYAÇ ÜCRETSİZ MALZEME ALIMI  
**TALEP TARİHİ :** 18.01.2018  
**TALEP YERİ :** K.S.Ü ARŞ.VE UYG.HASTANESİ DÖNER SERMAYE DEPOSU

**TEKNİK ŞARTNAME**

|   |                      |      |      |
|---|----------------------|------|------|
| 8 | NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ | 1000 | Adet |
|---|----------------------|------|------|

Kanül hortumu non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı, yumuşak olmalı, fakat king yapmamalı,  
2. Burun girişleri yumuşak ve ergonomik olmalı  
3. Mukoza kurumasını engelleyici ve tahrişi engelleyici nitelikte olmalı  
4. Bağlantı konnektörü o2 flovv metresi ile uyumlu olmalı  
5. Bağlantı konnektörü 02 flow metresine rahatça ulaşılabilir uzunlukta olmalı (205 cm den uzun)  
6. Hastanın başına göre yukardan ayarlanabilmeli, kendiliğinden açılmamalı, gevşememeli  
7. Yetişkin ve çocuk boyları olmalı  
8. Tekli temiz paket içinde olmalı  
9. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ye uygunluğu belgelendirilmelidir  
10. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir.2 adet numune gönderilmelidir.  
Ürünün TC Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasında kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.  
12. Ürün, TSE ve CE belgesine (class İla) sahip olmalıdır.  
13. Tekliflerle birlikte, ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.  
14. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.  
15. Ürünün SOK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir.  
16. Talep edilen ürünlerin SOK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır.

|   |                           |      |      |
|---|---------------------------|------|------|
| 9 | OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK | 1000 | Adet |
|---|---------------------------|------|------|

1- Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.  
2- Yumuşak, tahriş etmeyen, non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.  
3- Kolayca temizlenebilmelidir.  
4- Maskenin O2 giriş yeri ile flovvmetre arasında ara konektörü olmalı ve hortumu en az 120 cm uzunlukta olmalıdır.  
5- Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.  
6- Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CCVi çıkaracak delikler olmalıdır.  
7- Hortumu kaza ile kırılma bile (Vyi iletebilme özelliğine sahip olmalıdır.  
8- Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalıdır.  
9- Erişkin, çocuk, boylan olmalıdır.  
10- Maskenin hortum kısmı hastanemiz merkezi oksijen sistemine bağlı olan sisteme uyumlu olmalıdır.  
11- Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.  
12- Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalıdır.  
13- Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalıdır.  
14- Şeffaf olmalıdır.  
15- Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalıdır.  
16- Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.  
17- Ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.  
18- Ürün, TSE ve CE belgesine (class Ha) sahip olmalıdır.  
19- Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.  
20- Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

|    |                          |      |      |
|----|--------------------------|------|------|
| 10 | İNTRAKET KAPAĞI (STOPER) | 5000 | Adet |
|----|--------------------------|------|------|

1. Heparinli olmalı tüm branüllere ve üçlü musluklara uyumlu olmalıdır.  
2. Tek tek steril paketlerde olmalıdır  
3. Disposable olmalıdır.  
4. Sızdırmaz olmalıdır.  
5. Miadı en az 3 (üç) yıl olmalıdır.  
6. CE ve ISO belgeli olmalıdır.  
7. Vidalı olmalı,kolay takılıp çıkarılabilmelidir.  
8. Çabuk kınılmamalı,çabuk deforme olmamalıdır.  
9. Paketlerin açılması kolay olmalıdır.  
10. Sterilite şekli.son kullanma tarihi, ne ile steril edildiği paketler üzerinde yazılı olmalıdır.  
11. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir.4 adet numune gönderilmelidir.



**T.C.**  
**K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Sayfa : 4 / 4

**TALEP NO:** 159  
**TALEP ADI :** HASTANE GENEL İHTİYAÇ ÜCRETSİZ MALZEME ALIM  
**TALEP TARİHİ :** 18.01.2018  
**TALEP YERİ :** K.S.Ü ARŞ.VE UYG.HASTANESİ DÖNER SERMAYE DEPOSU

**TEKNİK ŞARTNAME**

12. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

|    |                                                                                                                                        |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 11 | BEZ FLASTER (5X10)                                                                                                                     | 1500 | Adet |
| 1) | Flaster ten rengi dokuma kumaştan yapılmış olup, tıbbi bez flaster olmalıdır.                                                          |      |      |
| 2) | Çinko oksit bazlı yapışkanı uzun süreli yapışma sağlamalı, neme, ter ve suya dayanıklı olmalıdır.                                      |      |      |
| 3) | Cildin hava almasını sağlamalıdır.                                                                                                     |      |      |
| 4) | Çıkarıldığında ciltte yapışkan artığı bırakmamalı hassas olmayan normal cilt yapısına sahip hastalarda alerjik reaksiyon vermemelidir. |      |      |
| 5) | Enine ve boyuna kolaylıkla kopabilmelidir.                                                                                             |      |      |
| 6) | Röntgen ışınlarını geçirgen olup, çıkarılmadan röntgen çekilebilmelidir.                                                               |      |      |
| 7) | Flaster 5*10 cm ebatlarında olmalıdır.                                                                                                 |      |      |
| 8) | Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir (2 adet)                                                                    |      |      |

1. KOMİSYON ÜYESİ

2. KOMİSYON ÜYESİ

3. KOMİSYON ÜYESİ

4. KOMİSYON ÜYESİ

5. KOMİSYON ÜYESİ

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI