



T.C.
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 1 / 3

TALEP NO: 274
TALEP ADI : KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İHTİYACINA 8 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI
TALEP TARİHİ : 25.01.2018
TALEP YERİ : ANJİYO ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1	DİAGNOSTİK KATETER SOL 4.0 6F (JL 4.0-6F)	500	Adet
DİAGNOSTİK KATETERLER TEKNİK ŞARTNAMESİ KV1245 1. Kateter koroner anjiyografide kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kateter ucu travmatik olmamalı, yumuşak ve esnek olmalı, guide ile düzeltilildiğinde tekrar eski haline gelebilecek esneklikte olmalıdır. 2. Kateter 6FJl4.0 judkins olması gereklidir. Kateter, 0,038 guidewire ile anjiyografi uygulamalarına uygun olmalıdır. 3. Kateter akış hızı en az 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır. 4. Kateterlerin ucu yuvarlatılmış non-taper tipte, daha yumuşak ve radyo opak özelliği daha belirgin olan bir malzemeden üretilmiş olmalıdır. 5. Kateterin bağlantı ucu uygun plastikten üretilmiş ve üzerinde french numarası, kılavuz tel çapı, katater uzunluğu ve basınçlar renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır. 6. Kateterler steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla 2 yıl miadlı olmalıdır. 7. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır. 8. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır. 9. İhaleye iştirak eden firmalar bir adet numune vereceklerdir. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilip uygunluk verilecektir. 10. Kateter dış çapı ve kateter tiplerine göre istediğimiz sayılar tarafımızdan belirlenecektir. Gerekğinde değişim yapılabilir. 11. İstenildiğinde, son kullanma tarihine 3 ay kalınca ilgili firmaya bildirildiğinde, son kullanma tarihi yaklaşan kateterlerin yenilenebileceği taahhüt edilmelidir. 12. Firma: malzeme açıldığında kullanıma uygun değilse ve hatalı, bozuk olduğu tespit edilmişse yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 13. Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.			
2	DİAGNOSTİK KATETER SAĞ 4.0 6F (JR 4.0-6F)	500	Adet
DİAGNOSTİK KATETERLER TEKNİK ŞARTNAMESİ KV1245 1. Kateter koroner anjiyografide kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kateter ucu travmatik olmamalı, yumuşak ve esnek olmalı, guide ile düzeltilildiğinde tekrar eski haline gelebilecek esneklikte olmalıdır. 2. Kateter 6FJR4.0 judkins olması gereklidir. Kateter, 0,038 guidewire ile anjiyografi uygulamalarına uygun olmalıdır. 3. Kateter akış hızı en az 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır. 4. Kateterlerin ucu yuvarlatılmış non-taper tipte, daha yumuşak ve radyo opak özelliği daha belirgin olan bir malzemeden üretilmiş olmalıdır. 5. Kateterin bağlantı ucu uygun plastikten üretilmiş ve üzerinde french numarası, kılavuz tel çapı, katater uzunluğu ve basınçlar renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır. 6. Kateterler steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla 2 yıl miadlı olmalıdır. 7. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır. 8. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır. 9. İhaleye iştirak eden firmalar bir adet numune vereceklerdir. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilip uygunluk verilecektir. 10. Kateter dış çapı ve kateter tiplerine göre istediğimiz sayılar tarafımızdan belirlenecektir. Gerekğinde değişim yapılabilir. 11. İstenildiğinde, son kullanma tarihine 3 ay kalınca ilgili firmaya bildirildiğinde, son kullanma tarihi yaklaşan kateterlerin yenilenebileceği taahhüt edilmelidir. 12. Firma: malzeme açıldığında kullanıma uygun değilse ve hatalı, bozuk olduğu tespit edilmişse yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 13. Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.			
3	DİAGNOSTİK KATETER ALI AMPLATZ KATETER	50	Adet
DİAGNOSTİK KATETERLER TEKNİK ŞARTNAMESİ KV1245 1. Kateter koroner anjiyografide kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kateter ucu travmatik olmamalı, yumuşak ve esnek olmalı, guide ile düzeltilildiğinde tekrar eski haline gelebilecek esneklikte olmalıdır. 2. Kateter AL1 Amplatz olması gereklidir. Kateter, 0,038 guidewire ile anjiyografi uygulamalarına uygun olmalıdır. 3. Kateter akış hızı en az 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır. 4. Kateterlerin ucu yuvarlatılmış non-taper tipte, daha yumuşak ve radyo opak özelliği daha belirgin olan bir malzemeden üretilmiş olmalıdır. 5. Kateterin bağlantı ucu uygun plastikten üretilmiş ve üzerinde french numarası, kılavuz tel çapı, katater uzunluğu ve basınçlar renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır. 6. Kateterler steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla 2 yıl miadlı olmalıdır. 7. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır. 8. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır. 9. İhaleye iştirak eden firmalar bir adet numune vereceklerdir. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilip uygunluk verilecektir. 10. Kateter dış çapı ve kateter tiplerine göre istediğimiz sayılar tarafımızdan belirlenecektir. Gerekğinde değişim yapılabilir. 11. İstenildiğinde, son kullanma tarihine 3 ay kalınca ilgili firmaya bildirildiğinde, son kullanma tarihi yaklaşan kateterlerin yenilenebileceği taahhüt edilmelidir. 12. Firma: malzeme açıldığında kullanıma uygun değilse ve hatalı, bozuk olduğu tespit edilmişse yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 13. Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.			
4	DİAGNOSTİK KATETER 6FMPA KATETER	50	Adet
DİAGNOSTİK KATETERLER TEKNİK ŞARTNAMESİ KV1245 1. Kateter koroner anjiyografide kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kateter ucu travmatik olmamalı, yumuşak ve esnek olmalı, guide ile düzeltilildiğinde tekrar eski haline gelebilecek esneklikte olmalıdır. 2. Kateter 6FMPA olması gereklidir. Kateter, 0,038 guidewire ile anjiyografi uygulamalarına uygun olmalıdır. 3. Kateter akış hızı en az 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır. 4. Kateterlerin ucu yuvarlatılmış non-taper tipte, daha yumuşak ve radyo opak özelliği daha belirgin olan bir malzemeden üretilmiş olmalıdır. 5. Kateterin bağlantı ucu uygun plastikten üretilmiş ve üzerinde french numarası, kılavuz tel çapı, katater uzunluğu ve basınçlar renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır. 6. Kateterler steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla 2 yıl miadlı olmalıdır. 7. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.			



T.C.
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 2 / 3

TALEP NO: 274
TALEP ADI : KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İHTİYACINA 8 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI
TALEP TARİHİ : 25.01.2018
TALEP YERİ : ANJİYO ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAME

8. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
9. İhaleye iştirak eden firmalar bir adet numune vereceklerdir. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilip uygunluk verilecektir.
10. Kateter dış çapı ve kateter tiplerine göre istediğimiz sayılar tarafımızdan belirlenecektir. Gerekğinde değişim yapılabilir.
11. İstenildiğinde, son kullanma tarihine 3 ay kalınca ilgili firmaya bildirildiğinde, son kullanma tarihi yaklaşan kateterlerin yenilenebileceği taahhüt edilmelidir.
12. Firma: malzeme açıldığında kullanıma uygun değilse ve hatalı, bozuk olduğu tespit edilmişse yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
13. Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.

5	DIAGNOSTİK KATETER SOL 4.5 6F (JL 4.5-6F)	100	Adet
---	---	-----	------

DIAGNOSTİK KATETERLER TEKNİK ŞARTNAMESİ KV1245

1. Kateter koroner anjiyografide kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kateter ucu travmatik olmamalı, yumuşak ve esnek olmalı, guide ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek esneklikte olmalıdır.
2. Kateter 6FJl4,5 judkins olması gereklidir. Kateter, 0,038 guidewire ile anjiyografi uygulamalarına uygun olmalıdır.
3. Kateter akış hızı en az 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Kateterlerin ucu yuvarlatılmış non-taper tipte, daha yumuşak ve radyo opak özelliği daha belirgin olan bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Kateterin bağlantı ucu uygun plastikten üretilmiş ve üzerinde french numarası, kılavuz tel çapı, katater uzunluğu ve basınçlar renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır.
6. Kateterler steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla 2 yıl miadlı olmalıdır.
7. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
8. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
9. İhaleye iştirak eden firmalar bir adet numune vereceklerdir. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilip uygunluk verilecektir.
10. Kateter dış çapı ve kateter tiplerine göre istediğimiz sayılar tarafımızdan belirlenecektir. Gerekğinde değişim yapılabilir.
11. İstenildiğinde, son kullanma tarihine 3 ay kalınca ilgili firmaya bildirildiğinde, son kullanma tarihi yaklaşan kateterlerin yenilenebileceği taahhüt edilmelidir.
12. Firma: malzeme açıldığında kullanıma uygun değilse ve hatalı, bozuk olduğu tespit edilmişse yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
13. Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.

6	DIAGNOSTİK KATETER SAĞ 4.5 6F (JR 4.5-6F)	50	Adet
---	---	----	------

DIAGNOSTİK KATETERLER TEKNİK ŞARTNAMESİ KV1245

1. Kateter koroner anjiyografide kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kateter ucu travmatik olmamalı, yumuşak ve esnek olmalı, guide ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek esneklikte olmalıdır.
2. Kateter 6Fjr 4,5 judkins olması gereklidir. Kateter, 0,038 guidewire ile anjiyografi uygulamalarına uygun olmalıdır.
3. Kateter akış hızı en az 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Kateterlerin ucu yuvarlatılmış non-taper tipte, daha yumuşak ve radyo opak özelliği daha belirgin olan bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Kateterin bağlantı ucu uygun plastikten üretilmiş ve üzerinde french numarası, kılavuz tel çapı, katater uzunluğu ve basınçlar renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır.
6. Kateterler steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla 2 yıl miadlı olmalıdır.
7. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
8. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
9. İhaleye iştirak eden firmalar bir adet numune vereceklerdir. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilip uygunluk verilecektir.
10. Kateter dış çapı ve kateter tiplerine göre istediğimiz sayılar tarafımızdan belirlenecektir. Gerekğinde değişim yapılabilir.
11. İstenildiğinde, son kullanma tarihine 3 ay kalınca ilgili firmaya bildirildiğinde, son kullanma tarihi yaklaşan kateterlerin yenilenebileceği taahhüt edilmelidir.
12. Firma: malzeme açıldığında kullanıma uygun değilse ve hatalı, bozuk olduğu tespit edilmişse yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
13. Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.

7	DIAGNOSTİK KATETER SAĞ 5.0 6F (JR 5.0-6F)	50	Adet
---	---	----	------

DIAGNOSTİK KATETERLER TEKNİK ŞARTNAMESİ KV1245

1. Kateter koroner anjiyografide kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kateter ucu travmatik olmamalı, yumuşak ve esnek olmalı, guide ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek esneklikte olmalıdır.
2. Kateter 6Fjr5,0 judkins olması gereklidir. Kateter, 0,038 guidewire ile anjiyografi uygulamalarına uygun olmalıdır.
3. Kateter akış hızı en az 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Kateterlerin ucu yuvarlatılmış non-taper tipte, daha yumuşak ve radyo opak özelliği daha belirgin olan bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Kateterin bağlantı ucu uygun plastikten üretilmiş ve üzerinde french numarası, kılavuz tel çapı, katater uzunluğu ve basınçlar renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır.
6. Kateterler steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla 2 yıl miadlı olmalıdır.
7. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
8. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
9. İhaleye iştirak eden firmalar bir adet numune vereceklerdir. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilip uygunluk verilecektir.
10. Kateter dış çapı ve kateter tiplerine göre istediğimiz sayılar tarafımızdan belirlenecektir. Gerekğinde değişim yapılabilir.
11. İstenildiğinde, son kullanma tarihine 3 ay kalınca ilgili firmaya bildirildiğinde, son kullanma tarihi yaklaşan kateterlerin yenilenebileceği taahhüt edilmelidir.
12. Firma: malzeme açıldığında kullanıma uygun değilse ve hatalı, bozuk olduğu tespit edilmişse yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
13. Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.

8	DIAGNOSTİK KATETER SOL 5.0 6F (JL 5.0-6F)	50	Adet
---	---	----	------

DIAGNOSTİK KATETERLER TEKNİK ŞARTNAMESİ KV1245

1. Kateter koroner anjiyografide kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kateter ucu travmatik olmamalı, yumuşak ve esnek olmalı, guide ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek esneklikte olmalıdır.



T.C.
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 3 / 3

TALEP NO: 274
TALEP ADI : KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İHTİYACINA 8 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI
TALEP TARİHİ : 25.01.2018
TALEP YERİ : ANJİYO ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAME

- 2.Kateter 6Fjl 5.0 judkins olması gereklidir. Kateter, 0,038 guidewire ile anjiyografi uygulamalarına uygun olmalıdır.
- 3.Kateter akış hızı en az 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
- 4.Kateterlerin ucu yuvarlatılmış non-taper tipte, daha yumuşak ve radyo opak özelliği daha belirgin olan bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 5.Kateterin bağlantı ucu uygun plastikten üretilmiş ve üzerinde french numarası, kılavuz tel çapı, katater uzunluğu ve basınçlar renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır.
- 6.Kateterler steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 7.Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
- 8.Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
- 9.İhaleye iştirak eden firmalar bir adet numune vereceklerdir. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilip uygunluk verilecektir.
- 10.Kateter dış çapı ve kateter tiplerine göre istediğimiz sayılar tarafımızdan belirlenecektir.Gerektiğinde değişim yapılabilir.
- 11.İstenildiğinde, son kullanma tarihine 3 ay kalınca ilgili firmaya bildirildiğinde, son kullanma tarihi yaklaşan kateterlerin yenilenebileceği taahhüt edilmelidir.
- 12.Firma:malzeme açıldığında kullanıma uygun değilse ve hatalı, bozuk olduğu tespit edilmişse yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 13.Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.

1. KOMİSYON ÜYESİ	2. KOMİSYON ÜYESİ	3. KOMİSYON ÜYESİ	4. KOMİSYON ÜYESİ	5. KOMİSYON ÜYESİ
İSİM - ÜNVANI - İMZASI	İSİM - ÜNVANI - İMZASI	İSİM - ÜNVANI - İMZASI	İSİM - ÜNVANI - İMZASI	İSİM - ÜNVANI - İMZASI