



T.C.
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 1 / 2

TALEP NO: 264
TALEP ADI : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI
TALEP TARİHİ : 24.01.2018
TALEP YERİ : K.DOĞUM INFERTİLİTE POLİKLİNİĞİ

TEKNİK ŞARTNAME

1	BÜYÜK BOY ASPİRASYON TÜPÜ	4000	Adet
---	---------------------------	------	------

Büyük Boy Aspirasyon Tüpü Teknik Şartnamesi

- Gamma ışınları/radyasyon sterilizasyonu olmalı
- Non-toksik olmalı
- Polystyrene'den yapılmış olmalı
- Volümü 10-15 ml olmalı
- Yüksekliği ?100 mm, çapı ?17 mm olmalı
- Dibi oval olmalı
- Şeffaf, tek olarak paketlenmiş, sızdırmaz kapaklı olmalı
- Üzerinde mililitre değerleri çizgiler ile belirtilmiş olmalı

2	KD1006 İNSEMINASYON KATETERİ	150	Adet
---	------------------------------	-----	------

İNSEMINASYON (IUI) KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- PTFE' den mamül olmalıdır.
- Kateterin ucu servix geçişlerinde ağrı ve travmayı engellemek için yuvarlatılmış olmalı.
- Kateterin ucunda çift delik bulunmalıdır. Delikler her iki yanda ters açılı olup yuvarlatılış uç kısmı farklı mesafede olmalıdır.
- Kateter , dış koruyucu kılıf , dış sheat ve iç sheat olmak üzere üç kısımdan oluşmalıdır.
- Üç parçanın tamamı EO sterilizasyon paketi içinde birlikte yer almalıdır.
- Sterilizasyon paketi üzerinde ürün son kullanım tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- Dış sheatın ucunda birer cm aralıklı ölçüm çizgileri olmalıdır.
- İç sheat ve dış sheat birlikte bend edilme (şekil verilebilme) özelliğine sahip olmalıdır.
- Dış sheatın uzunluğu 120mm iç sheatın uzunluğu 180mm olmalıdır.
- CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.

3	YUMURTA TOPLAMA İĞNESİ (TEK LÜMENLİ)	100	Adet
---	--	-----	------

TEK LÜMENLİ YUMURTA TOPLAMA İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İnsan oosit aspirasyon işleminde kullanım amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- Set, aspirasyon iğnesi, kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik iğne tutacağı, iğne koruyucusu, silikon tapa, iki adet Polietilen hortum ve bağlantı hortumu ucunda özel aspiratör bağlantısından oluşmalıdır.
- Set steril paket içerisinde ve bütün halinde olmalıdır. Ayrı ayrı paketlerde olmamalıdır.
- Aspirasyon iğnesi 35 cm uzunluğunda, 17 G, 1.4 mm dış çapında ve tek lümenli olmalıdır.
- Aspirasyon iğnesi ucunda ultrasound görüntüsü sağlayan lazer ile yapılmış iki adet siyah ekojenik belirteç olmalıdır. Oosite zarar veren iğne ucu çizgili baskı yöntemi kullanılmamış olmalıdır.
- Aspirasyon iğnesinden silikon tapaya kadar ve silikon tapadan aspirasyon pompasına kadar olan hortumlar 100 ± 5 ' er cm olmalıdır ve mutlaka non toksik olan PE' den üretilmiş olmalıdır.
- Aspirasyon pompasına giden hortum ucunda bağlantı için female luer bulunmalıdır.
- Tapa silikondan yapılmış ve 14 ml' lik tüpe uyumlu olmalıdır.
- Ürün tek tek steril pakette ve tek kullanımlık olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi Gamma ışın yöntemi olmalıdır.
- Teslim edilen ürünlerin en az 2 yıl miyadı olmalıdır ve ürün steril paketleri üzerinde bulunmalıdır.
- Sterilizasyon paketi üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve saklama sıcaklık koşulları belirtilmiş olmalıdır.
- Ürün MEA ve LAL Endotoksin Testlerinden geçirilmiş olmalıdır.
- Ürün uluslararası kalite standartlarından (ISO-CE-TUV, Vb.) en az birine sahip olmalıdır.

İHALE ŞARTNAMESİ

Büyük Boy Aspirasyon Tüpü Teknik Şartnamesi



T.C.
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 2 / 2

TALEP NO: 264
TALEP ADI : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI
TALEP TARİHİ : 24.01.2018
TALEP YERİ : K.DOĞUM INFERTİLİTE POLİKLİNİĞİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. Gamma ışınları/radyasyon sterilizasyonu olmalı
2. Non-toksik olmalı
3. Polystyrene'den yapılmış olmalı
4. Volümü 10-15 ml olmalı
5. Yüksekliği ?100 mm, çapı ?17 mm olmalı
6. Dibi oval olmalı
7. Şeffaf, tek olarak paketlenmiş, sızdırmaz kapaklı olmalı
8. Üzerinde mililitre değerleri çizgiler ile belirtilmiş olmalı

1. KOMİSYON ÜYESİ	2. KOMİSYON ÜYESİ	3. KOMİSYON ÜYESİ	4. KOMİSYON ÜYESİ	5. KOMİSYON ÜYESİ
İSİM - ÜNVANI - İMZASI	İSİM - ÜNVANI - İMZASI	İSİM - ÜNVANI - İMZASI	İSİM - ÜNVANI - İMZASI	İSİM - ÜNVANI - İMZASI