



T.C.
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 1 / 1

TALEP NO: 212
TALEP ADI : HASTANE GENEL İHTİYACI ÜCRETLİ
TALEP TARİHİ : 19.01.2018
TALEP YERİ : K.S.Ü ARŞ.VE UYG.HASTANESİ DÖNER SERMAYE DEPOSU

TEKNİK ŞARTNAME

1	OR1400 DISPOSABLE ASP.KAPALI SİSTEM ASPİRASYON TORBASİ JELLİ 2000 MM LİK	3000	Adet
1)	Ürün dikişsiz, yekpare ve şeffaf olup et kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde en az 0,25mm. olmalı, kapak kısmı torba ile entegre ve kapak kenarında kanister den çıkarmayı kolaylaştırmak için tutma kulakçığı bulunmalı ve torba hacmi 2000 cc olmalıdır.		
2)	Torba üzerinde dökülme ve yanlış bağlantı riskini önlemek amacıyla bir adet vakum bir adette hasta bağlantısı olmak üzere en fazla 2 adet port bulunmalı ve bu portlar yazılı ve görsel olarak kullanıcıyı yönlendirmelidir.		
3)	Her-torbanın. üzerinde, tam dolum gerçekleşikten sonra kullanılmak üzere en az 25 cm. uzunluğunda ve 0,8cm. çapında, kıvrılıp bükülmeyi önlemek için 360 derece rotasyon kabiliyeti bulunan, şeffaf materyalden üretilmiş, bir ucunda renk kodlu vakum bağlantı adaptörü bulunan bir kapama tüpü olmalı ve bu tüp gerektiğinde tandem bağlantıda kullanılabilir. Bunun sağlanamadığı hallerde torbaya entegre olmayan tandem bağlantı hortumu torba adedi kadar verilmelidir.		
4)	Torbaların üzerindeki halatı portu, ambalajın içerisinden çıkan ve basta hortumunun kıvrılıp bükülmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra konektöre uyumlu ve en az 0,6 cm. çapında olup aspire edilen sıvının hazne içerisine süzülerek dökülmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalıdır.		
5)	Torbaların vakum sistemine sıvı geçişini engelleyen filtreleri bakteriyostatik, hidrofobik ve ortamdaki nemden etkilenmemesi için internal yapıda torba içerisinde olmalıdır.		
6)	Her torba içerisinde, aspire edilen sıvının köpürmesini engelleyen ve bu sayede torbanın tüm hacminin kullanımını sağlayan, renksiz, şeffaf ve silikon bazlı emülsiyon anti-foam madde bulunmalıdır.		
7)	Aspirasyon sondası ve torba arasında kullanılacak olan hasta hortumu, bir ucunda fek el ile vakum kontrolüne olanak tanıyan çıkarılabilir çam ağacı konektör bulundurulmalı ve en az 1,8mt. uzunluğunda ve 0,6 cm çapında, iki ucu ajutajlı, şeffaf özellikte olmalıdır.		
8)	Torbaların kullanılacağı kanisterler, kırılmalara karşı dayanıklı fiber alaşımlı, ölçekli ve sterilizasyon işlemlerinin uygulanabilmesi için 121 C buhar otoklavda en az 20 dk. steril edilebilmeli, bunu sağlamak için kanister üzerindeki tüm yazılı ve görsel ibareler herhangi kaplama materyali { şeffaf/yan şeffaf stretch materyaller vb.) kullanılmadan yapılmış olmalı ve sterilizasyon ısı değeri ile TC. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereğince CE ibaresi. kanisterin üzerinde yazılı olmalıdır.		
9)	Torbalar ortopedi ve batın cerrahisi gibi fazla miktarlarda sıvı aspire edilen vakalarda tandem (çoklu kullanılabilir, tandem bağlantıda en az 4 adet torba birbirlerine bağlanabilir!), tandem bağlantı için torbalar üzerindeki kapama tüpü kullanılmalıdır.		
10)	Torbaların kullanılması için gerekli tüm sistemler (50 adet kanister,50 adet askı teli, 50 adet duvar aplikatörü ve adet mobil taşıyıcı vb.) hastane genelinde ihaleyi üstlenen firma tarafından bedelsiz kurulmalı, Teknik Servis-Yeterlilik Belgesi'ne haiz olması koşulu aranacak ithalatçı veya üretici firma gerektiğinde bakım ve onarımları bedelsiz yapmalıdır.		

1. KOMİSYON ÜYESİ

2. KOMİSYON ÜYESİ

3. KOMİSYON ÜYESİ

4. KOMİSYON ÜYESİ

5. KOMİSYON ÜYESİ

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI