



T.C.
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 1 / 2

TALEP NO: 153
TALEP ADI : HASTANE GENEL İHTİYAÇ ÜCRETSİZ MALZEME ALIMI
TALEP TARİHİ : 18.01.2018
TALEP YERİ : K.S.Ü ARŞ.VE UYG.HASTANESİ DÖNER SERMAYE DEPOSU

TEKNİK ŞARTNAME

1	OTOMATİK TURNİKE	400	Adet
1-	Kilit mekanizması olmalıdır.		
2-	Turnike hasta koluna bağlandığında kendiliğinden açılmamalıdır.		
3-	Turnike tek elle müdahale ile açılabilir olmalıdır.		
4-	Hasta ekstremitesine takıldığında kilit mekanizması istenilen yerde sabitlenebilir olmalıdır.		
5-	Elastikiyeti turnike boyutunun iki katına kadar esnemesine uygun olmalıdır.		
6-	Aşırı zayıf ve obez hastalarda da kullanıma uygun olmalıdır.		
7-	Turnikenin esneyen kısmının eni 2,5cm den kısa 3 cm den uzun olmamalı.		
8-	Dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olmalı.		
2	YATAK KORUYUCU 60 X 90 30 LU	20000	Adet
1-	Eni 60 cm boyu 90 cm olmalıdır.		
2-	Yatağa değen kısım polietilen olmalıdır.		
3-	Hastaya temas eden kısım nonwoven kağıt olmalıdır.		
4-	Orta kısmında emici selüloz tabaka olmalıdır.		
5-	Ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.		
6-	Ürün, TSE ve CE belgesine (class Ha) sahip olmalıdır.		
7-	Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.		
3	MASKE BAĞCIKLI	14000	Adet
1.	Bağcıklı olmalıdır.		
2.	Ağız ve burnu kapatacak şekilde olmalıdır.		
3.	Nefes alıp vermeyi zorlaştırmayacak nitelikte olmalı,		
4.	Burun kısmında maskenin daha iyi oturmasını sağlayacak uzunlukta metal malzemeden yapılmış kısım olmalıdır.		
5.	Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı, burun üstü teli izole edilmiş ve yumuşak olmalı ve batarak rahatsız etmemelidir.		
6.	Ürüne numune denenerek (2 adet) karar verilecektir.		
4	LİDOKAİNLİ KAYDIRICI JEL	12000	Adet
1.	Kayganlaştırıcı jel görüntüyü etkilemeyen, suda eriyebilen berrak-renksiz özellikte olmalıdır.		
2.	Gliserin ve formaldehit içermemelidir.		
3.	Kanserojen, alerjen ve toksik madde içermemelidir.		
4.	Kayganlaştırıcı jel, etilen oksit artığı içermeyen, buharla steril edilmiş, orijinal tek kullanımlık ambalajda ve en az 12 gr olmalıdır.		
5.	Sterilitenin korunması ve antibakteriyel etkisi için, formülünde klorheksidin (Beher 100ml 'de 0,05 g Klorheksidi n) içermelidir.		
6.	Kayganlaştırıcı jel kullanım kolaylığı sağlayan, yumuşak anatomik başlıklı ve/veya kolay kırılabilen uçlu tüp içerisinde olmalıdır.		
7.	Kayganlaştırıcı jel lidokainli olmalıdır.(Beher 100 ml 'de 2g Lidokain)		
8.	Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren 1 yıl olmalıdır. Yüklenici firma tarafından, son kullanma tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünlerin yerine yeni tarihli ile değiştirileceğine dair taahhütname muayene ve kabul komisyonuna sunulmalıdır.		
9.	Jelin ambalajı sıvı geçirmez olmalı, ambalajın üzerinde; Üretim tarihi. Son kullanma tarihi, Lot numarası, Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, Markası, Sterilizasyon tarihi ve şekli Türkçe etiketi T.C Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir.		
10.	Tıbbi kullanımına uygun ve Steril olmalıdır.		
11.	İhale üzerinde kalan yüklenici, ürünün numunesini uygunluk için en geç 3 (üç) gün içinde ihale komisyonuna teslim edecek ve uygunluk alındıktan sonra malzemeleri idari şartnamede belirtilen süre içinde kuruma teslim edilecektir. Bu süreler içinde teslim yapmayan yükleniciye yasal işlem yapılacaktır.		
12.	İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.		
13.	Muayene ve Kabul komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istemesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.		
14.	Firma ürünü değerlendirilmeye uygun miktarda (en az 1 adet) numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.		
15.	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü en geç 5 gün içinde (o serideki tüm ürünler) yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.		
16.	Urunun, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.		
17.	Ürün, TSE ve CE belgesine (dass Ha) sahip olmalıdır.		
18.	Tekliflerle birlikte, ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.		



T.C.
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 2 / 2

TALEP NO: 153
TALEP ADI : HASTANE GENEL İHTİYAÇ ÜCRETSİZ MALZEME ALIMİ
TALEP TARİHİ : 18.01.2018
TALEP YERİ : K.S.Ü ARŞ.VE UYG.HASTANESİ DÖNER SERMAYE DEPOSU

TEKNİK ŞARTNAME

19. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

1. KOMİSYON ÜYESİ

2. KOMİSYON ÜYESİ

3. KOMİSYON ÜYESİ

4. KOMİSYON ÜYESİ

5. KOMİSYON ÜYESİ

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI