


ÇOK KULLANIMLI ÇİFT TORBALI BALON-MASKE-VALF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- YETİŞKİN TİP

1. Cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmalıdır.
2. Cihaz ana torbası double-bag (çift torba) yapıda ve medikal silikon olmalı, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini sağlamak için verilen hava basıncını limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.
3. Cihaz balonu gel-git hacmi yetişkin tip için ortalama 1300 ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama 1500 ml olmalıdır.
4. Hasta sekresyonlarının cihaz ana torbası içine kaçmasının engelleyen ve torba girişinde bulunan istenildiğinde sökülüp takılabilecek (Splash-guard) sekresyon koruyucu ve boşaltıcı aparata sahip olmalıdır.
5. Tek yönlü güvenlik valfi (Single-hutter valve system) 'ne sahip olmalıdır.
6. Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerleştirilmiş ve istenildiğinde sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
7. Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8. Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda ayrıca yüze tam oturması için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastıklı ve şişirme valfine sahip olmalıdır.
9. Cihazın tüm parçaları (O2 Rezervuar Torbası dahil) 134 C' de buhar otoklavında sterilize edilebilmeli, temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde üretici firma barkodu bulunmalıdır.
11. Cihaz için çeşitli parça ve ekstra aksesuarların bulunduğu bir set halinde temin edilmelidir.

Set içeriği şu şekilde olmalıdır : 1 Adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbası, 1 Adet kapalı tip silikon oksijen rezervuar balonu, 1 Adet oksijen rezervuar valfi, 2 Adet kancalı, silikon yapıda, hava yastıklı, transparan ve resusciratorlerde kullanımı uygun yetişkin maske (1 adet no:5 ve 1 adet no:4/3)

Sergio KOCA
baş mühendis V.


He.
Müh.
