


ÇELİK DOLAP 3

1. Dolap 304 Kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Dolap üzeri 2 bölmeli ve 4 kapaklı olmalıdır.
3. Dolap kapakları temizlik açısından çift cidarlı olmalıdır.
4. Dolap kapakları mıknatıslı sabitleyicilere sahip olmalıdır.
5. Her bir bölümde 4 adet ara raf olmalıdır.
6. Dolap altında iki sıra halinde toplam 4+4=8 adet çekmece olmalıdır.
7. Çekmeceler teleskopik raylı mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Çekmece kafaları çift cidarlı olmalıdır.
9. Dolap boru tip paslanmaz ayaklara sahip olmalıdır.
10. Dolap ölçüsü 1800 x 550 x 1900 mm(± 50 mm) olmalıdır.
11. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
12. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
13. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
14. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
15. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
16. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
17. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Yüklenici montaj esnasında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Montaj ile oluşacak her türlü maddi manevi kayıp yüklenici sorumluluğundadır.
19. Uhdesinde kalan firma işe başlamadan önce yerinde yeniden keşif ve ölçülendirme yapmalı ve bunu bölüm sorumluları ile karşılıklı tutanak ile belgelendirilmelidir.
20. Beraberinde 1 adet 3 lü çelik basamak verilecektir.

Selin AYTEMİZ
YDİG Ünitesi
Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. S. S. YURTTAN
Diy. No: 117995
Uzmanlık No: 80082, anadol No: 10512
K.S.B. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Uzmanı

ÇELİK DOLAP 3



Selin AYTEMİZ
YDYS Ünitesi
Etilim Hemşire

Doç. Dr. Sadık İBRAHİM
Dipl. No: 117995
Uzmanlık No: 80082 Yandal No: 105121
K.S.U. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Uzmanı