

ADAPTÖRLÜ SU SETİ, NEFES ALMA İÇİN STERİL SU 500 cc

1. Soğuk veya sıcak nebulizasyonda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Kapalı sistem olmalıdır.
4. Direk olarak oksijen hattına bağlanabilmelidir.
5. Düşük akışta yüksek nemlendirme yapılmasına uygun olmalıdır.
6. %100 nemlendirilmiş hava iletilmesine yardımcı olmalıdır.
7. Adaptörlerle birlikte adaptör sayısı kadar steril su verilmelidir.
8. Steril su piroj ensiz olmalıdır.
9. Steril su tek hasta kullanımlık olmalıdır.
10. Steril su her türlü adaptöre uyumlu olmalıdır.
11. Steril su her türlü ısıtıcıya uyumlu olmalıdır.
12. Steril su oksijen terapisinde kullanıma uygun olmalıdır.
13. Steril suya ait kalite belgesi bulunmalıdır.
14. Steril su tamamıyla kapalı bir sistem olmalıdır.
15. Steril su asılabilmeye ve vidalanabilmeye uygun olmalıdır.
16. Steril suyun 500ml boyu bulunmalıdır.
17. Steril suyun hacimleri şişe üzerinde yazılı olmalıdır.
18. Steril su şişeleri koku yapmayan plastikten imal edilmiş olmalıdır.
19. Steril su nemlendirme için kullanmaya uygun olmalıdır.
20. Hasta isminin ve kullanılmaya başlanılan tarihin şişe üzerine yazılabilesini mümkün kılan etiket bulunmalıdır.
21. Hortum girişleri kullanım kolaylığı sağlaması amacı ile her iki tarafta , altta ve üste bulunmalıdır
22. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
23. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
24. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
25. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
26. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
27. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
28. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
29. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
30. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Prof. Dr. Mehmet N. N. N.

Berna Hodano

AGIZ BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dudak ve ağız temizliği amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Hipoallerjik olmalı, pH değeri nötr olmalıdır.
- 3-Tahriş etmeden dudak ve ağız içi temizliği etkin yapabilecek ağızda toksik etkisi olmayan, sünger kısmı ve tutma çubuğu olmalıdır.
- 4-Ağız bakım setinin içinde en az 20 adet tutma çubuğu olmalı ve tutma çubuğunun sünger kısmı kesinlikle çıkmamalı
- 5-Sünger ve tutma çubuğunu bastırarak temizlemeye (basınca) uygun şekilde yapılmış olmalıdır.
- 6-Tutma çubuğu kolay kırılmayacak basınca dayanıklı materyalden yapılmış olmalıdır.
- 7-Sünger kısmı çubuğun sadece başını değil etrafını da saracak şekilde geniş olmalıdır
- 8-Antiseptik özelliğine ek olarak ağız mukozasını tahriş etmeden ağız içinde kalan gıda artıklarını parçalayıp temizleme özelliğine sahip enzim/enzimler içermelidir.
- 9-Nemlendirici kremi/jeli 15 ml+-5 olmalıdır.
- 10- Nemlendirici kremi/jeli dudak uzun süre nemli tutmalıdır.
- 11- Nemlendirici kremi sürüldükten sonra dudakta beyaz bir tabaka oluşturmamalıdır.
- 12-Ağızda iyi tat ve hoş koku bırakmalıdır.
- 13-Teklif eden firmaların fiyatlarının eşit olması halinde hidrojen peroksit içermemesi tercih nedeni olacaktır.
- 14- Teklif edilen ürünle birlikte, ürünü tanıtıcı katalog veya broşür verilmeli ayrıca ürünün kutusu içerisinde kullanımı ile ilgili teknik ve uyarıcı nitelikte bilgiler içeren bir kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
- 13.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16.Miadin dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
18. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 21.Ürünler depo teslimi olacaktır.

AIRWAY NO:2 BEYAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
2. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemelidir.
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısıрма bloğu bulunmalıdır.
5. Renk kodu bulunmalıdır.
6. Ambalajı tekli, temiz paketlerde olmalıdır.
7. Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı, lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
8. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
9. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
10. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
11. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
12. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
14. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
15. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

Doç. Dr. Mahmut ARSLAN
KSÜ Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Diz. No: 113340

ERGİN MURAL
Sağlık Bakanlığı
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

AIRWAY YEŞİL NO 3/80

1. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
2. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemelidir.
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısıрма bloğu bulunmalıdır.
5. Renk kodu bulunmalıdır.
6. Ambalaj tekli, temiz paketlerde olmalıdır.
7. Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı, lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
8. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
9. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
10. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
11. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
12. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
14. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
15. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
16. Ürünler depo teslimi olacaktır.

AIRWAY SARI NO 4/90 Teknik Şartnamesi

1. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
2. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemelidir.
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.
5. Renk kodu bulunmalıdır.
6. Ambalaj tekli, temiz paketlerde olmalıdır.
7. Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı, lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
8. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
9. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
10. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
11. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
12. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
14. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
15. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
16. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN
KEM/Üniversitesi

Bilgin NURAL
Sorumlu
Anestezi Uzmanı

ANESTEZİ SOLUNUM DEVRE SETİ (YETİŞKİN) TEK SU TUTUCULU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Set;bir adet anestezi devresi, bir adet şeffaf Y konektör, bir adet luer-lock CO2 portlu şeffaf dirsek konektör, limb hattı, şeffaf nipel konektör,exp. hattı içi bir adet su tutucu, latex free anestezi balonu ve cihaz bağlantı konnektörlerinden oluşmalıdır.

2-Seti oluşturan hortum yolları, 22 mm çapında, 180+-10 cm uzunluğunda, beyaz renkte ve Y konektöre sıkı geçme olmalıdır.

3-Set içerisindeki limb hattı, 22 mm çapında 140-150 cm uzunluğunda ve iki ucu konektörlü olmalıdır.

4-Set içerisindeki lateksiz anestezi balonu, 2 lt hacminde olup balonun limb bağlantı konektörünün iç yapısı kıvrılıp bükülmeyi önleyici tırnak uzantılarıyla kaplı olmalı ve bu konektör üzerinde balon hacmi yazılı bulunmalıdır.

5-Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleri ile komponentleri üzerindeki mikroorganizma adedini belirleyen bioburden testleri yapılmış olup bu değer maximum 100 cfu (colony formig unit)olmalıdır.

6-Ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, kodu ve teslim edilen kullanıcı kurumun adı bulunmalıdır.

7-Teklif edilen ürünle birlikte, ürünü tanıtıcı katalog veya broşür verilmeli ayrıca ürünün kutusu içerisinde kullanımı ile ilgili teknik ve uyarıcı nitelikte bilgiler içeren bir kullanım klavuzu bulunmalıdır.

8-Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

9-Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

10-Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

11-Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

12-Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

13- Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

14-Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

15-Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

16. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Doç. Dr. Mahmut ADOĞAN

Bülent NURAN
Sarf Malzeme
Teknik

ANESTEZİ SOLUNUM DEVRE SETİ (PEDIATRİK) TEK SU TUTUCULU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Set;bir adet anestezi devresi, bir adet şeffaf Y konektör, bir adet luer-lock CO2 portlu şeffaf dirsek konektör, limb hattı, şeffaf nipel konektör,exp. hattı içi bir adet su tutucu, latex free anestezi balonu ve cihaz bağlantı konektörlerinden oluşmalıdır.

2- Seti oluşturan hortum yolları, 15 mm çapında, 180±10 cm uzunluğunda, uzayabilen yapıda, beyaz renkte ve Y konektöre sıkı geçme olmalıdır.

3- Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, kompians ve akışa direnç testleri ile komponentleri üzerindeki mikroorganizma adedini belirleyen bioburden testleri yapılmış olmalıdır.

4-Ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, kodu ve teslim edilen kullanıcı kurumun adı bulunmalıdır.

5- Teklif edilen ürünle birlikte, ürünü tanıtıcı katalog veya broşür verilmeli ayrıca ürünün kutusu içerisinde kullanımı ile ilgili teknik ve uyarıcı nitelikte bilgiler içeren bir kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

6.Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı,lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.

7.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

8.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

9.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

10.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

11.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

12. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

13.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

14.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

15. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Doç. Dr. Mahmut ARSLAN
KSTI Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
D.Ş. Tıp. Fak. 2003-2004

Emine DURAL
Sarıyer
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
D.Ş. Tıp. Fak. 2003-2004

ARTER KANÜLÜ 20 G/1.10 MM X 45 MM - 49 ML/MİN

- 1.Kanül teflondan imal edilmiş olmalı ve teflondan imal edildiği belgelenmelidir.
- 2.Uygulama sırasında ucu kolaylıkla kıvrılmamalıdır.
- 3.Kanül 20 G 45 +- 2 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 4.Elde hakimiyetin kolay olması için arkadaki kapak kısmı çok uzun olmamalıdır.
- 5.Kanın geri dönüşünü engellemek için tek elle gerçekleştirilebilen akım kesme özelliğine sahip olmalıdır.
- 6.Kan basınç monitorizasyonunda periferik arterlerde kullanılmak üzere özel tasarlanmış olmalıdır
- 7.Arter ponksiyon anında kan gelişini hemen göstermelidir.
- 8.Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı,lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
- 9.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 10.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 11.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 12.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 13.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
14. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 15.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 16.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
17. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Ürün Satış
Anestesi Yedek Bakım
Sorumlu Hemşiresi

Saadet ÖZCAN
Anestesi Yedek Bakım
Sorumlu Hemşiresi

ASPIRASYON SONDASI 12 F (BEYAZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sonda şeffaf ve pvc'de yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
- 2- Konektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.
- 3- Sondalar 12 French ölçülerinde olmalıdır.
- 4- Sondanın uzunluğu 12 numaralarda konektörden itibaren 50-52 (+/-1) cm olmalıdır.
- 5- Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır.
- 6- Uç kısmı kapalı, yuvarlatılmış, esnek ve atravmatik olmalı hastaya zarar vermemelidir.
- 7- Konektör dişi olmalıdır.
- 8- Sondalar tek kullanımlık ve tekli stril ambalajda olmalıdır.
- 10- Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
- 11- Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.
12. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
13. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
14. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
15. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
16. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
17. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
18. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
19. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
20. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Ömer Akın

İlhan DORAN
Hauşme

ASPIRASYON SONDASI 14 F TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sonda şeffaf ve pvc'de yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
- 2-Konektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.
- 3-Sondalar 14 French ölçülerinde olmalıdır.
- 4-Sondanın uzunluğu 6 Fr numarada konektörden itibaren 40 (+/-1) cm olmalıdır.
- 5-Sondanın uzunluğu 14 numaralarda konektörden itibaren 50-52 (+/-1) cm olmalıdır.
- 6-Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır.
- 7-Uç kısmı kapalı, yuvarlatılmış, esnek ve atravmatik olmalı hastaya zarar vermemelidir.
- 8-Konnektör dişi olmalıdır.
- 9-Sondalar tek kullanımlık ve tekli stril ambalajda olmalıdır.
- 10-Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
- 11-Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.
- 12.Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı,lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
- 13.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
18. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
21. Ürünler raf teslimi olacaktır.

KAPATICI STAPLER, CİLT, YÜKLEMESİZ, TÜM BOYLAR (TEK KULLANIMLIK)

1-Cilt staplerinin içinde ön yükleme yapılmış 35 adet W tipi medikal derece paslanmaz çelikten imal edilmiş tel bulunmalıdır.

2-Cilt staplerinin içindeki telin uçları, doku travmasını en aza indireyecek şekilde keskinleştirilmiş olmalıdır.

3-Cilt stapleri kesintisiz ve sürekli besleme yapabilecek patentli mekanizmaya sahip olmalıdır.

4-Cilt staplerinin tel ebatları 6.5 (± 0.5) mm x 4.7 (±0.7) mm geniş boyda olmalıdır.

5-Cilt staplerinin tel ebatları sökmeyi kolaylaştıracak şekilde uzun olmalıdır.

6-Cilt stapleri ele kolay uyum sağlayan ergonomik yapıya sahip olmalıdır.

7-Cilt staplerinin ön yüzünde kolay tel görünürlüğü sağlayan açık pencere bulunmalıdır.

8-Cilt stapleri steril olarak paketlenmiş olmalı ve tek kullanımlı olmalıdır.

9-Cilt staplerinin miadı üretim tarihinden itibaren 1 yıl olmalıdır.

10-Her 10 stapler için 1 adet stapler sökücü ücretsiz verilmelidir.

11.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK.Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

12.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

13.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

14.Miadin dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

15.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

16. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

17.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

18.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

19. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Harun KARADUMAN
K.S.U. S.M.A. Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 173216

Doc.Dr. Mehmet KIRIŞCI
K.S.U. Karp ve Damar Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 118744

DAMLA AYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Mayi seti steril bir ambalaj içinde olmalıdır
- 2.Ambalaj üzerinde sterilizasyon sistemi ile steril tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 3.Mayi ayar seti üstün hassasiyette olmalı ayarladığı ölçüde sıvı akışı sağlamalıdır.
- 4.Hasta hareketi ile ayar bozulmamalıdır.
- 5.Set uçunda ilaç zerk etmek için tıpa bulunmalıdır
- 6.Hiç bir şekilde ayar seti akıtmamalıdır.
- 7.Damla ayar seti ile akış hızı 3(-+2)-400 (-+150) ml/saat arasında ayarlanabilmeli,ayar dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir.
- 8.rünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 9.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 10.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 11.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 12.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 14.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 15.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
16. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Aziz AVAN
Sorumlu Hemşire



Deneyimli Hemşire ve Uyg. Hast.
16 Hastane Ana Bilim Dalı
dokman Hastanesi Hast. Bilim Dalı
Tic. Sic. No: 270250 Dış. Tic. Sic. No: 144500

ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (MAMA SETİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril paketlenmiş olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. En az 1200 ml kapasiteli olmalıdır.
4. Malzemelerin kullanıldığı sürede 100 adet enteral mama pompası teslim edilmelidir, pompaların arıza durumunda firma azami 2 hafta içerisinde tamirini yapmalı veya yenisini temin etmelidir.
5. Volüm skalası torbanın üstünde yer almalı ve kolayca izlenebilmelidir.
6. Tüm nazogastrik sondalarla, peg kataterleriyle uyumlu olmalıdır.
7. Set üzerinde akış hızını kontrol edecek haznesi olmalıdır.
8. Torbanın doldurmayı kolaylaştıran ağzı ve kapağı torbanın en üst kısmına sterilize edilmiş olmalıdır.
9. İhaleyi kazanan firma set ve pompalar ile ilgili gerekli eğitim desteğini verecektir. İlk kurulum firma tarafından yapılacaktır.
10. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
11. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
12. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
13. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
14. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
15. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
16. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
17. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
18. Ürünler depo teslimi olacaktır.

NAZOGASTRİK BESLENME TÜPÜ,KLAVUZ TELLİ NO: 14 F)

- 1- Tüp vücut ile uyumlu poliüretan materyalden yapılmış olmalıdır
- 2- Bütün tüp boylu boyunca radyopak olmalı ve radyografi ile görülebilmelidir.
- 3- Tüp yüzeyi su ile temas edince aktif hale geçen lubrikan (kayganlaştırıcı) madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 4- Tüp steril olmalı ve bir paket içerisinde muhafaza edilmelidir
- 5- Tüp ebadı 14 French gaydlı olmalıdır. Miktarlar siparişe göre gelecektir.
- 6- Tüpün hasta içerisinde sonlanan ucu açık olmalı ve en az 2 adet yan delik bulunmalıdır.
- 7- Tüpü hiç değiştirmeye gerek kalmadan hastada 6 haftaya denk kalmalıdır.
- 8.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 9.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 10.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 11.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 12.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 14.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 15.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 16.Ürünler depo teslimi olacaktır.

NAZOGASTRİK BESLENME TÜPÜ,KLAVUZ TELLİ NO: 12 F GAYDLI

- 1- Tüp vücut ile uyumlu poliüretan materyalden yapılmış olmalıdır
- 2- Bütün tüp boylu boyunca radyopak olmalı ve radyografi ile görülebilmelidir.
- 3- Tüp yüzeyi su ile temas edince aktif hale geçen lubrikan (kayganlaştırıcı) madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 4- Tüp steril olmalı ve bir paket içerisinde muhafaza edilmelidir
- 5- Tüp ebadı 12 French gaydlı olmalıdır. Miktarlar siparişe göre gelecektir.
- 6- Tüpün hasta içerisinde sonlanan ucu açık olmalı ve en az 2 adet yan delik bulunmalıdır.
- 7- Tüpü hiç değiştirmeye gerek kalmadan hastada 6 haftaya denk kalmalıdır.
- 8.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 9.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 10.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 11.Miadin dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 12.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 14.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 15.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 16.Ürünler depo teslimi olacaktır.

Esra YILDIZ
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi YB
Sorumlu Hemşiresi

Dr.Öğr.Üyesi Tahsin GEZGİN
KSÜ TIP FAKÜLTESİ
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Diy. Tel.No: 166163/155234

FOLEY SONDA İKİ YOLLU, SİLİKOLATEKS NO: 14 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)2 yollu olmalı - 14FR OLMALI

2)Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

3)Ucu silindirik olmalı 2 adet karşılıklı delik içermelidir.

4)Silikon ve lâteks karışımı hammaddeden yapılmış olmalıdır. Bu malzemenin özellikleri: Doğal lâteksten yüksek moleküler ağırlıklı bir silikon bileşikle saflaştırılarak elde edilmiş olmalıdır. Anhidroz kimyasal olarak çapraz, bağlı olmalıdır. Hem ısıya hem eskimeye oldukça dayanıklı olmalıdır. Fizyolojik olarak zararsız olmalıdır. Suyu emmemeli. hidrotbbik olmalıdır. Bu sayede kan. kan pıhtısı, idrar. vs. dahil olmak üzere suda çözünen veya su içeren yapışkan özellikte maddelerin ürünün yüzeyi ü/erinde kalıntı sapması \e birikimi önlenmiş olmalıdır.

5)Dış yüzey ve lümenin iç yüzeyi sabit olarak sürekli ince bir silikon tabakasıyla kaplı olmalı, silikon sürekli terleyip ayrılma özelliğinde olmalı: bu şasede silikon yüzey aktif deterjanlarla yıkansa ve yok olsa bile otomatik olarak lâteks materyalin dışında terlediği için kendini yenilemeli.

6)2 yoldan birisi idrar torbasına bağlanacak şekilde hunili. birisi de balonu şişirme yolu olmalıdır.

7)Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

8)Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

9)Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

10)Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

11)Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

12)Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

13)Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

14)Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

15) Ürünler depo teslimi olacaktır.

Hamz. Nihal Kıraca

1 / 1

Arş. Gör. Dr. Serdar KOC
KSK TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ A.B.D.
Dip. Tes. No: 217859

SONDA, FOLEY , İKİ YOLLU, SİLİKOLATEKS NO:16 FR

1. Sonda tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı ve dokuda travma oluşturmamalıdır.
- 2.Düz uçlu olmalıdır.
- 3.16 FR .
- 4.FR kataterlerde 10 mi hacminde balon bulunmalıdır.
- 5.Radyoopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi bulunmalıdır.
- 6.Çiftli steril ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır.
- 7.Üretim tarihi ve son kullanma tarihi paket üzerinde olmalıdır.
- 8.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 9.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 10.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 11.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 12.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 14.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 15.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
16. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Hence: Diha Koraca



SONDA, FOLEY , İKİ YOLLU, SİLİKOLATEKS NO: 18 FR

- 1)2 yollu olmalı. - 18FR.. OLMALI
- 2)Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
- 3)Ucu silindirik olmalı. 2 adet karşılıklı delik içermelidir.
- 4)Silikon ve lâteks karışımı hammaddeden yapılmış olmalıdır. Bu malzemenin özellikleri: Doğal lâteksten yüksek moleküler ağırlıklı bir silikon bileşikle saflaştırılarak elde edilmiş olmalıdır. Anhidroz kimyasal olarak çapraz, bağlı olmalıdır. Hem ısıya hem eskimeye oldukça dayanıklı olmalıdır. Fizyolojik olarak zararsız olmalıdır. Suyu emmemeli. hidrotbbik olmalıdır. Bu sayede kan. kan pıhtısı, idrar. vs. dahil olmak üzere suda çözünen veya su içeren yapışkan özellikte maddelerin ürünün yüzeyi ü/erinde kalıntı sapması ve birikimi önlenmiş olmalıdır.
- 5)Dış yüzey ve lümenin iç yüzeyi sabit olarak sürekli ince bir silikon tabakasıyla kaplı olmalı, silikon sürekli terleyip ayrılma özelliğinde olmalı: bu şasede silikon yüzey aktif deterjanlarla yıkansa ve yok olsa bile otomatik olarak lâteks materyalin dışında terlediği için kendini yenilemeli.
- 6)2 yoldan birisi idrar torbasına bağlanacak şekilde hunili. birisi de balonu şişirme yolu olmalıdır.
- 7)Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 8)Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 9)Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 10)Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 11)Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
- 12) Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 13)Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 14)Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 15) Ürünler depo teslimi olacaktır.

Henüz, Dihal, Koca

Arg. Çar. Dr. Şahin KOÇ
KSÜ TIP FAKÜLTESİ
ÜRS. CUL A.B.D.
Dip. TGS. No: 217859

GÖĞÜS DRENAJ SETİ (ERİŞKİN) 2000 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Drenaj seti su altı drenaj sistemine göre çalışmalı ve göğüs drenajlarında güvenle kullanılabilmelidir.
- 2)Sistemin üzerinde sıvı seviyesini belirleyen milimetrik seviye işaretleme paneli bulunmalıdır
- 3)Drenaj sistemi yetişkinler için 2000 ml lik hazneye sahip olmalıdır.
- 4)Göğüs drenaj sisteminin hortumu, yumuşak, bükülmeye dirençli, pıhtı sağlamayı kolaylaştıran özellikte olmalıdır.
- 5)Drenaj seti kolay taşımayı sağlayan bir taşıma askısına sahip olmalıdır.
- 6)Drenaj hortumunun , değişik boyutlardaki toraks kateterine bağlanmasını sağlayan bir konnektör olmalıdır.
- 7)Drenaj setinin konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı bulunmalıdır.
- 8)Sistem devrilmeyi önleyen geniş bir alt tabana sahip olmalıdır.
- 9)Göğüs drenaj seti etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
- 10)Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 11)Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 12)Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 13)Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 14)Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
- 15)Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 16)Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 17)Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 18) Ürünler raf teslimi olacaktır.

Prof.Dr. Mehmet KIRIŞCI
K.S.U. Kalp ve Damar Cerrahi A.B.D.
Dip Ysa. No: 118744

Kuc Sorumlu Henüz
Emen 4816750

GÖĞÜS DRENAJ SETİ 700 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Sistem göğüs boşluğunda patolojik veya tedavi amaçlı girişimler sonrası birikebilecek kan, sıvı vb. materyalin boşaltılması amacı ile kullanılmak için yapılmış olmalıdır.

2.Sistem temel olarak bir rezervuar kısmı + tubing ve konnektörden oluşmalıdır.

3.Sistem biriken sıvıyı boşaltırken içeriye hava kaçmasını önleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.

4.Sistem 700 ml'lik yetişkin ebatında olmalıdır.

5.Sistem üzerinde derecelendirilmiş hacim skalası bulunmalıdır.

6.Sistemin rezervuar kısmı şeffaf polikarbonat tan yapılmış olmalıdır.

7.Rezervuar kısmının devrilmesini engelleyecek geniş bir tabanlık kısmı olmalıdır.

8.Sistemin göğüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak tubing kısmı şeffaf PVC'den yapılmış olmalıdır.

9.Göğüs tüpü ile bağlantı= sağlayacak kısımda bunu temin amacı ile konnektör bulunmalıdır.

10.Sistem steril ve tekli paketlerde olmalıdır.

11.Rezervuar ile hortumun birleştiği yerde kink yapmayı engelleyecek reinforced kılıf içermelidir.

12)Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

13)Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

14)Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

15)Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

16)Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

17)Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

18)Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

19)Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

20) Ürünler raf teslimi olacaktır.

PC. 01. SAGLIK YERİTİM
M. 01. SAGLIK YERİTİM
M. 01. SAGLIK YERİTİM

Elma Hacıoğlu

HASTA ALT BEZİ LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Bezin arkasında bulunan renkli şerit emme seviyesini ve ürün boyunu belirtmelidir.
- 2) Bezin emicilik özelliği kritik bölgede arttırılmış olmalıdır.
- 3) Bezin emici olmayan uç kısmı cildi tahriş etmemeli, daima kuru kalma sızıntıya karşı bariyer görevi görmelidir.
- 4) Tekrar yapıştırılabilir bantlara sahip olmalıdır.
- 5) Emiciliği arttıran ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmalıdır.
- 6) Emiş hızı minimum 80 ml/ olmalıdır.
- 7) Large boyutunda olmalıdır. Bez ıslandığı zaman bütünlüğünü bozmamalı, kopmamalı toptop olmamalıdır. Cilde değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek şekilde ve antialerjik olmalıdır.
- 8) Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı, lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
- 9) Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 10) Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 11) Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 12) Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 13) Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
- 14) Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 15) Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 16) Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 17) Ürünler raf teslimi olacaktır.

Beşir Zeki
Sorumlu Hemşire

Kayis Agur

HASTA VÜCUT BAKIM SETİ

- 1) Vücut Bakım Kesesi bir pakette en az 8 adet olmalıdır.
- 2) Saç yıkama bonesi pakette 1 adet olacaktır.
- 3) Vucut bakım kesesi bariyer etkili olmalıdır.
- 4) Seti oluşturan tüm ürünler aynı marka olmalıdır.
- 5) Ürün ilgili birimde denendikten sonra uygunluk verilecektir. Bir adet Hasta bakım seti uygunluk için komisyona verilecektir.
- 6) Vucut bakım setinin set olarak Sağlık Bakanlığı ürün takip sistemi (üts)) kaydı bulunmalı ve Vucut bakım seti Sut kodlu olmalıdır.

VÜcut Bakım Kesesi

- 1) Kесе şeklinde, petekli dokulu olmalı 1 Kесе 90 gsm kalınlığında olmalıdır. Bir paket içerisinde en az 8 adet adet solüsyon emdirilmiş kесе bulunmalıdır.
- 2) Latex, Alkol, lanolin içermemelidir.
- 3) Dikişı kolaylıkla açılmamalıdır.
- 4) Vücut Bakım Kesesi nemlendirici ve yumuşatıcı özellikte olmalıdır.
- 5) İçerisinde bulunan %3 dimethicone ve phospolipit sayesinde cildin doğal bariyer sisteminin geliştirilmesine ve korunmasına yardımcı olmalıdır.
- 6) Basınç ülseri oluşumunu engellemeye yardımcı olmalı ve klinik çalışmalarla kanıtlanmalıdır.
- 7) İnkontinans kaynaklı egzema oluşumunu önlemeye yardımcı olmalı ve klinik çalışmalar ile kanıtlanmalıdır.
- 8) Ph 5,5-6 olmalıdır.
- 9) Durulama ve kurulama gerektirmemelidir.
- 10) Gerekli görüldüğünde mikrodalgada ısıtılabilir.
- 11) E vitamini, b vitamini, aloe vera içermelidir.
- 12) Haricen herhangi bir sıvı emdirme ihtiyacı duyulmamalıdır.
- 13) Sık kullanıma uygun olmalıdır. Allerjik etki göstermemelidir.
- 14) Raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
- 15) Kesenin içinde bulunan solüsyon bakterilere ve fungusitlere karşı etkili olmalı. Akredite laboratuarda yapılmış test ihale dosyasında sunulmalıdır.

Saç Yıkama Bonesi

- 1) Latex, Alkol, lanolin, paraben içermemelidir.
- 2) Saç yıkama bonesi şampuan ve bakım kremi emdirilmiş olmalıdır.
- 3) Hastaya temizlik masajı uygulanırken içindeki temizlik ve bakım maddeleri dışarıya akmaması için dışı tela kaplı olmalıdır.
- 4) Ph 5,5-6 olmalıdır.
- 5) Hasta saçı temizlendikten sonra ayrı bir işlem gerektirmemelidir.
- 6) Gerekli görüldüğünde mikrodalgada ısıtılabilir, Tek tek ambalajlarda olmalıdır.

[Signature]

[Signature] Hem
KAYIRI

7)E vitamini, b vitamini, aloe vera içermelidir.

8)Haricen herhangi bir sıvı emdirme ihtiyacı duyulmamalıdır.

9.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

8.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

9.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

10.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

11.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

12. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

13.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

14.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

15. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Sefa S. S. S.
Sorumlu Temsilci

Kayseri Dür Hacı
K

İDRAR TORBASİ MUSLUKLU 2000 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı
2. 2000ml, kapasiteli olmalı
3. Torba 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve 500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve idrar miktarını doğru gösterecek yapıda olmalı
4. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı
5. Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı ve idrarı aşağı sızdırmamalı
6. Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, idrar torbası askılarına takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç veya ek kesici alet gerektirmemen
7. İdrar Torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı
8. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı
9. Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalı
10. Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı
11. Sondaya takılan kollektör ucu tam oturmalı ve sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalı
12. Örnek alma portu olmalı
13. Torba ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanın etken maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalı.
14. Hortum uzunluğu en az 75 cm. olmalı, hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme yada kırılma oluşturmayacak yeterlilikte esnek olmalı
15. Her torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya uygun idrar torbası askısı ücretsiz olarak verilmeli
16. İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı
17. Ara line ile idrar torbası bir bütün halinde olmalı, ek yerinden idrar sızdırmamalı
18. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
19. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
20. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
21. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
22. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

11/11/2023 14:00

23. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

24.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

25.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

26. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Sefa S. A. A.
Sorumlu Satışçısı

Kayıt Devir
Kaya

KANÜL GRİ NO:16

1. Kanül FEP'den ((Fluorinated ethylene propylene)) imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün portlu olmalıdır.
3. Etilen oksit sterilizasyonlu olmalı ve ambalaj üzerinde etilen oksit ile sterilizasyonun yapıldığı yazılı olmalıdır.
4. Ürün tek kullanımlık olmalı ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
5. Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için, esnek ve yumuşak tespit kanatları açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olmalıdır.
6. Pirojen içermemeli ve toksik olmamalıdır.
7. Ürün latex içermemeli ve Radyopak çizgili olmalıdır.
8. Ürün renk kodlu olmalı, çapları dünya standartlarına uygun olmalıdır.
9. Paslanmaz çelik iğne olmalıdır
11. Acısız ve düzgün işlev sağlayan iğne ucu çift taraflı keskin (back-cut) olmalıdır.
12. Kapak gevşek olmayıp, rahatlıkla takılmalıdır.
13. Hem ürün ambalajında hem de iç kutuda ürün ile ilgili uyarı yazıları bulunmalıdır.
14. İç kutuların içinde ürüne ait kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
15. Ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır.
16. Kanül bir paket içinde muhafaza edilmeli ve dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde medikal kağıt ile ambalajlanmalıdır. Ürünün zarara uğramaması için plastik ambalaj kısmı sert olmalıdır.
- 13.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class' ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16.Miadin dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
18. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
21. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Ürün Satış
Anestezi Yoğun Bakım
Sorumlu

Saadet OPCA
Anestezi Yoğun Bakım
Sorumlu

KANÜL IV NO 18 (YEŞİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kanül kısmı Virgin TEFLON (PTFE) olmalıdır.
- 2-Kanül X- ray ışınlarına karşı gömülü radio opak özelliği taşımaktadır.
- 3-Serum infüzyonu sırasında dışarıdan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalıdır. Port kapaklı olmalıdır.
- 4-Port kısmında ilacın geri kaçmasına izin vermeyecek şekilde, bir valf sistemi yer almalıdır.
- 5-IV Kanülün Luer-Lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda olmalıdır.
- 6-IV Kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında yumuşak ve rahat açılabilen kanatlar olmalıdır.
- 7-Renk kodlu olmalı, çapları dünya standartlarına uygun olmalıdır.
- 8-İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalıdır.
- 9-Plastik kılıf, delik ya da çatlak olmamalıdır.
- 10-Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik kılıf büzülmemeli, geriye kıvrılmamak , plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş olmamalı, giderek yuvarlatılmış olmalıdır.
- 11-IV kanülün vidalı kapağı bulunmalı ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
- 12-IV kanülün koruyucu kapağının dış ucu kapalı olmalıdır.
- 13-IV kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında kanatlar ve dikiş deliği olmalıdır.
- 14-Intraket ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
- 15- Steril tek paketlerde olmalıdır.
- 16.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 17.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 18.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 19.Miadin dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 20.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
21. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 22.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 23.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
24. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Ürünlerin
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ulusal Bilgi Bankası'nda
Kaydı Olmalıdır

Sağdet ÖZCAN
Anestezi Uzmanı
Sağlık Bakanlığı

KANÜL IV NO 22 (MAVİ)

- 1- Kanül kısmı Virgin TEFLON (PTFE) olmalıdır.
- 2- Kanül X- ray ışınlarına karşı gömülü radio opak özelliği taşımaktadır.
- 3- Serum infüzyonu sırasında dışarıdan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalıdır. Port kapaklı olmalıdır.
- 4- Port kısmında ilacın geri kaçmasına izin vermeyecek şekilde, bir valf sistemi yer almalıdır.
- 5- IV Kanülün Luer-Lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda olmalıdır.
- 6- IV Kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında yumuşak ve rahat açılabilen kanatlar olmalıdır.
- 7- Renk kodlu olmalı, çapları dünya standartlarına uygun olmalıdır. 8- İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalıdır.
- 8- Plastik kılıf, delik ya da çatlak olmamalıdır.
- 9- Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik kılıf büzülmemeli, geriye kıvrılmamak , plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş olmamalı, giderek yuvarlatılmış olmalıdır.
- 10-IV kanülün vidalı kapağı bulunmalı ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
- 11- IV kanülün koruyucu kapağının dış ucu kapalı olmalıdır.
- 12- IV kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında kanatlar ve dikiş deliği olmalıdır.
- 13-Intraket ambalajı sterilitiyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
- 14- Steril tek paketlerde olmalıdır.
- 15.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 16.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 17.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 18.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 19.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
20. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

Sesli
Sorumlu
Kamışlı

Flora Kayaş Pazar

- 21.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 22.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
23. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Sefa BAKI
Sorumlu Hemşire

Kayıt Daire Hec
Kp

JELLİ KAPALI ASPİRATÖR SİSTEMİ 2000 CC (TORBA VE HORTUMLARI JELLEŞTİRİCİLİ)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kitfer birlikte ambalajlanmış hortum ve torbalardan oluşmalıdır
- 2.Kitler, fleksibl (esnek) polietilen yapıda ve iki farklı hacimde olmalıdır.
- 3.Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
- 4.Kapalı sistem torbayla birlikte içindeki sıvının jelleşmesini sağlayan 15 mgr. jel-vac ayrı olarak sağlanmalıdır.
- 5.Kit Özerinde birbirinden farklı çaplarda (hasta, vakum, seri bağlama, örnek alma girişleri gibi) bağlantı olmalıdır.
- 6.Kitin vakum kaynağı bağlantı girişinde, filtre bulunmalıdır. Bu filtrenin kontaminasyon riskini engelleyecek şekilde bakteriyel bir filtre ile aerosolleri tutabilecek ikinci bir filtreden oluşması tercih nedenidir.
- 7.Aspire edilen materyalin ana vakum sistemine kaçmaması için gerekli teknik düzenek olmalıdır.
- 8.Aspire edilecek materyalin hacim artışına bağlı olarak, kitler birbirine ayrı bir giriş sayesinde seri olarak bağlanabilmelidir
- 9.Canister'ler kutuların üzerinde açma/kapama (on/off) düğmesi bulunmalıdır.
- 10.Canister'ler transparan polikarbonat veya polietilen yapıda olmalı ve 122 °C'ye kadar ısıda, otoklavda sterilize edilebilmelidir.
- 11.Kitler tam kapasite doldurulmaya uygun olmalıdır.
- 12.Kitlerin kapakları sağlam kapanmalı. düşme ya da basınç halinde içeriği boşalmamalıdır
- 13.Tornalarla birlikte (iç dış çap) 8*14 mm çapında 20 m uzunluğunda otoklava ve -1 bar çalışma basıncına dayanıklı silikon vakum hortumu bulunmalıdır.
- 14.Kitlerin kullanımı için gerekli olan donanım, hastane yönetiminin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak karşılanacaktır (yoğun bakım için duvar bağlantı niakian vs)
- 15.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 16.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 17.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 18.Miadin dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 19.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
20. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 21.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 22.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
23. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Dr.Öğr.Üyesi Harun KARADUMAN

K.S.Ü. S.U.A. Tıp Fak. Hast
Plastik Cerrahi A.B.D.
Doç. Dr. Mehmet KIRIŞCI

Doç. Dr. Mehmet KIRIŞCI
K.S.Ü. Kocaeli Devlet Hastanesi A.B.D.
T.C. Sağlık Bakanlığı

LÖKOSİT FİLTRESİ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre kan transfüzyonu sırasında eritrositlerin tama yakınına geçirirken lökositlerin %99,99'unu tutacaktır.
2. Filtrasyon işlemi sonunda bir ünite üründe en fazla 1×10^5 lökosit bulunacaktır (filtre en az 4 log düzeyinde etkili olacaktır).
3. Filtrasyon işlemi sırasında eritrositlerin en az %90'ı geçebilmelidir.
4. Lökosit filtresi hem eritrosit süspansiyonu hem de tam kan için kullanılabilir.
5. Filtrenin performansı filtre edilecek ürünün saklanma yaşından etkilenmemelidir.
6. Filtrenin performansı klinikte kullanılacak çeşitli kan akış hızlarından etkilenmemelidir.
7. Bir dakikadan daha kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilebilir.
8. Priming için seruma veya başka herhangi bir maddeye gereksinim duyulmamalıdır.
9. Kullanım sırasında tıkanmamalıdır.
10. İşlem sırasında filtredeki kan seviyesi görülebilmelidir.
11. Hasta başında transfüzyona başlarken rahatça hazırlanabilir.
12. İhale konusu için (eritrosit filtresi) özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50'si oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenen benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
13. Filtre CE uygunluk belgesine ve ISO serisi belgelerden ilgili olanına sahip olmalıdır.
14. Filtre membranı kan ve doku hücrelerine zarar vermeyecek şekilde olmalı, uluslararası biokompatibilite standartlarına sahip olmalıdır. Filtre ile yapılmış, içinde filtrenin markası ve modeli açık bir şekilde belirtilmiş olan ve uluslararası hakemli dergilerde çıkmış en az 3 yayın olmalı ve bu yayınlar dosya ile beraber sunulmalıdır.
15. Filtre tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
16. Filtre materyali poliüretan veya polyester olmalı ve yıkama işlemi gerekmemelidir.
17. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
18. Ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
19. Ürün, TSE ve CE belgesine (dass Ha) sahip olmalıdır.
20. Tekliflerle birlikte, ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
21. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
22. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir.
23. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır.
24. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin firma tarafından 30 gün içerisinde değiştirilmelidir. Ürün hastanede tüketilene kadar değişim yapılmalı ve firma bunu yazılı taahhütname düzenleyerek teklif aşamasında idareye sunmalıdır.
25. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
26. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1 (BİR) yıl olmalıdır.
27. Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir.

ENDOTRAKEAL KÜLTÜR TÜPÜ STERİL (BRONŞİYAL LAVAJ KABI 25'LİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril olmalıdır.
2. Set, silindirik şeklinde toplama kabı, iki yollu bağlama kapağı yedek kapak kapakta bir tarafı hastaya bir tarafı aspirasyona uzanan iki adet kataterden ve kimlik belirleyici bilgi etiketinden oluşmalıdır.
3. Silindirin uzunluğu en az 5 cm hacmi en az 10 mm olmalıdır.
4. Bağlantı kapağındaki iki hattın bir tanesi aspirasyona diğeri trakeal aspirasyon için olmalıdır.
5. Yedek kapak kültür kabının güvenli bir şekilde korunmasını sağlamalıdır.
6. Aspirasyon katateri 14 f olmalıdır.
7. Kültür kabı test tüpü şeklinde olmalı bu özelliği sayesinde laboratuara taşınmaya ve orada direkt test edilmeye elverişli olmalıdır.
8. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanma tarihi lot numarası ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
9. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
10. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
11. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
12. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
13. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
14. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
15. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
16. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
17. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Esra YILDIZ
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi YB
Sorumlu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Tansin CEZGİN
(KSÜ ZD FAKÜLTESİ)
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Tıp.Tes.No: 166163/15520

ÜÇ YOLLU MUSLUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Mayi akışını yönlendirme veya aynı anda birden fazla mayi vermeye uygun olmalı
- 2.Gövdesi şeffaf polycarbonate malzemeden yapılmış olmalı ve MAVİ renkte olmalı
- 3.Ana valfi 360 derece dönebilecek nitelikte olmalı
- 4.Ana valfin üzerinde akış yönünü gösteren oklar olmalı
- 5.4,5 bar/saniye hava ve 4,5 bar/30 dakika su basıncına dayanıklı olmalıçatlamamalı
- 6.Bir döner male ve iki famele luer lock konnektöre sahip olmalı
- 7.Üçlü musluğun döner male olan kısmı çok hareketli olmamalı ve setler iyi oturmalıdır.
- 8.Setlerle bağlantı yapan uçlan setlere iyi oturmalı,setlerden kolayca ayrılmalı
- 9.Bağlantı ve ek yerlerinden sıvı akıtmamak
- 10.En az 3 koruyucu kapağı olmalı
- 11.Kapaklarının arkası açık olmamalı
- 12.Tekli steril paketlerde olmalı
- 13.Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı,
- 14.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 15.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 16.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 17.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 18.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
19. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 20.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 21.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
22. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Ömer MİRZAÖZLÜ
Hemşire

Alihan DOĞAN
Hemşire

NAZOGASTRİK BESLENME KATETERİ SONDA NO:6 (FEEDING) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, iki yan delikli ve kapalı distal uçlama sistemine sahip olmalıdır.
3. ÜRÜNÜN hortum boyunca, radyolojik kontrolün yapılabilmesine olanak sağlayan, radio opak çizgisi bulunmalıdır.
4. Sondalar 6 FR ebatlarında olmalıdır.
5. Ürün konnektör veya şırlınga girişine olanak sağlayan dişi ağız proksimal uçlama sistemine sahip olmalıdır.
6. Ayırt edici renk kodları olmalıdır.
7. Ürün 500 mm uzunluğunda olmalıdır.
8. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
9. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
10. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
11. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
12. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
14. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
15. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
16. Ürünler depo teslimi olacaktır.


NAZOGASTRİK BESLENME KATETERİ SONDA NO:8 (FEEDING) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 2.Ürün travma oluşturmayan yuvarlatılmış, iki yan delikli ve kapalı distal uçlama sistemine sahip olmalıdır.
- 3.ÜRÜNÜN hortum boyunca, radyolojik kontrolün yapılabilmesine olanak sağlayan, radio opak çizgisi bulunmalıdır.
- 4.Sondalar 8 FG ebatlarında olmalıdır.
5. Ürün konnektör veya şırlınga girişine olanak sağlayan dişi ağız proksimal uçlama sistemine sahip olmalıdır.
- 6.Ayırt edici renk kodları olmalıdır.
- 7.Ürün 500 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 8.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 9.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 10.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 11.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 12.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 14.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 15.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
16. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Prof. Dr. Sadık YURT YILAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ulusal Bilgi Bankası

OKSİJEN MASKESİ NEBÜLİZATÖRLÜ (HAZNELİ) YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı
- 2.Yumuşak, tahriş etmeyen, non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı
- 3.Kolayca temizlenebilmeli ve ilaç vermeye uygun haznesi olmalı
- 4.Maskenin O2 giriş yeri ile flovmetre arasında ara konektörü olmalı ve hortumu en az 120 cm uzunlukta olmalı
- 5.Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı
- 6.Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2'i çıkaracak delikler olmalı
- 7.Hortumu kaza ile kırılrsa bile O2'yi iletebilme özelliğine sahip olmalı
- 8.Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalı
- 9.Erişkin, çocuk ve yeni doğan boyları olmalı
- 10.Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağlı olan manometreye uyumlu olmalı
- 11.İlaç uygulamasından sonra hazne kısmı çıkarılarak O2 tedavisinin devam etmesine izin verecek şekilde düzenlenmiş olmalı
- 12.Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalıdır.
- 13.Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı ve Şeffaf olmalı
- 14.Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalı
- 15.Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 16.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 17.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 18.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 19.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
20. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 21.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 22.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
23. Ürünler raf teslimi olacaktır.



Prof. Dr. Hakan KALKAN

SAATLİK İDRAR TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İdrarın rezervuar kısmıyla torba kısmı birbirine monteli olmalıdır.
- 2- Toplama ve rezervuar kısmı sert ve şeffaf olmalıdır.
- 3- İdrarın rezervuar kısmında bulunan hazne 50 ml'lik olup l'er mm'lik bölümler olmalıdır.
- 4- Rezervuarın diğer kısmındaki ölçüm aralıkları 10'ar mm'lik olmalıdır.
- 5- Torbayla rezervuar kısmı arasında ve rezervuarla sonda arasında valf sistemi olmalıdır. Kontaminasyon bu valf sayesinde önlenmelidir.
- 6- Rezervuar ile torba arasındaki boşaltım çubuğu sağlam olmalıdır. İdrar çubuk gevşetince kolayca torbaya yerçekimine bağlı olarak akabilmelidir.
- 7- Rezervuar kısmının kapasitesi 500 ml, torba 2000 ml olmalıdır.
- 8- Torba kısmı boşaltma musluklu olmalıdır.
- 9- Bağlantı tüpü en az 1 metre olmalıdır.
- 10- Torba takılıken idrar sette beklememeli hava akışıyla rezervuar kısmına sürüklenebilecek özelliğe sahip olmalıdır.
- 11-Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 12-Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 13-Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 14-Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 15-Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
- 16- Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 17-Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 18-Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 19-Ürünler raf teslimi olacaktır.

ÜÇ LÜMENLİ SANTRAL VENÖZ KATETER 7 F 16 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter poliüretandan olmalı, vücut ısısında yumuşayarak travmaya yol açmamalı, biyouyumlu olmalı, distal ucu daha yumuşak bir materyalden üretilmiş olmalıdır.
2. Kateter 3 lümenli olup, dış çapı 7F olmalıdır. 2 adet 18Ga, 1 adet 16Ga'lık lümenleri bulunmalıdır. Boyu 16 ± 1 cm olmalıdır.
3. Kateterin üzerinde cm olarak işaretlenmiş yerleştirme markerleri bulunmalıdır.
4. Radyopasitesi yüksek olmalıdır.
5. Kateterde, farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
6. Setin içerisinde 55 ± 10 cm uzunluğunda üzerinde uzunluk işaretleri olan bir ucu J diğer ucu düz iki taraflı kılavuz tel, kılavuz telin tek elle manipule edilebilmesini sağlayan plastik sürücü, 18 Ga'lık ponksiyon iğnesi, dilatatör, uzatma hatları üzerinde klemp ve kapaklar bulunmalıdır.
7. Kılavuz tel kink yapmayan, kolay deforme olmayan materyalden yapılmış olmalıdır, ponksiyon kanülü içerisinden rahatça ilerletilebilmelidir. Bu özellikler numune üzerinde denenecektir.
8. Hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen fiksasyon klibi olmalıdır.
9. Ponksiyon kanülü, 18 G çapında, 7 ± 1 cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir.
11. Tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır. Ambalajında sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
12. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
13. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
14. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
15. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
16. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
17. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
18. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
19. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
20. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Doç. Dr. Mahmut ARSLAN
RSU Tıp Fakültesi

Bilgin NURAL
Sorumlu
T. Enikeri

BAKTERİYAL - VİRAL - HME FİLTRE ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Ürün mekanik ventilasyon tedavisi gören veya inhalasyon anestezisi altındaki hastalarda bakteriyal-viral filtrasyon ve ısıtma-nemlendirme amaçlı olarak kullanılmalıdır.

2- Ürün PP hammaddeden imal edilmiş olup alt ve üst yarılarının birleşim yerinde sekresyonları görmeyi engelleyici veya fungus oluşumunu tetikleyici herhangi bir etiket bulunmamalı, filtrenin alt ve üst yarılarını birleştirme için yapıştırıcı madde kullanılmamış olmalıdır.

3-Fitrenin bakterisidal / virüsidal etkinliği %99,99 nem tutma kapasitesi 500 ml tidal hacimde minimum 30 mgH₂O/lit olmalı; tidal volume 150-1500 ml. aralığında olmalı,30 lt/dk akımda en fazla 1,2 cmH₂O basınçta rezistans oluşturmamalıdır. Nemlendirme kapasitesi 500 ml tidal hacimde en az 30 mgH₂O/L olmalıdır.

4-Filtrenin ölü boşluğu en fazla 55-80 ml. ağırlığı en fazla 33-45 gr. olmalıdır.

5-Filtre üzerindeki CO₂ portu ideal ölçüm için uygun açıyla membran ile konektör kısmı bileşkesinde bulunmalıdır.

6-Ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalı,ürün tekli paketler halinde tek kullanımlık olmalıdır.

7-Teklif edilen ürünle birlikte, ürünü tanıtıcı katalog veya broşür verilmeli ayrıca ürünün kutusu içerisinde kullanımı ile ilgili teknik ve uyarıcı nitelikte bilgiler içeren bir kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

8-Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

9-Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

10-Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

11-Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

12-Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

13- Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

14-Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

15-Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

16-Ürünler depo teslimi olacaktır.

Doç. Dr. Mahmut ARSLAN
KÜ Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Bilgin NURAL
Sarımsık
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

YOĞUN BAKIM SOLUNUM DEVRE SETİ (YETİŞKİN)TEKNİK ŞARTNAMESİ ////

1- Set; bir adet anestezi devresi, bir adet şeffaf Y konektör, bir adet luer-lock CO2 portlu şeffaf dirsek konektör, şeffaf nipel konektör, exp. hattı içi bir adet su tutucu ve cihaz bağlantı konektörlerinden oluşmalıdır.

2- Seti oluşturan hortum yolları, 22mm çapında, 180±10 cm uzunluğunda, uzayabilen yapıda, beyaz renkte ve Y konektöre sıkı geçme olmalıdır.

3- Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleri ile komponentleri üzerindeki mikroorganizma adedini belirleyen bioburden testleri yapılmış olup bu değer maximum 100 cfu (colony forming unit) olmalıdır.

4-Ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, kodu ve teslim edilen kullanıcı kurumun adı bulunmalıdır.

5- Teklif edilen ürünle birlikte, ürünü tanıtıcı katalog veya broşür verilmeli ayrıca ürünün kutusu içerisinde kullanımı ile ilgili teknik ve uyarıcı nitelikte bilgiler içeren bir kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

6.Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı,lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.

7.Ürün kurumdaki Anestezi cihazlarına uyumlu olmalıdır.

8.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

9.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

10.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

11.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

12.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

14.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

15.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

16. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Prof.Dr. Mehmet ACIPAYAM
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Uz. Dip.No: 64150

Kec 413
Sorumlu Hemşire

Sorumlu Uzman

SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ ÜÇ TOPLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün, akciğerlerin solunum kapasitesini artırmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2.Ürün 3 kanallı olmalı ve her kanalda bir top bulunmalıdır.
- 3.Ürün 600, 900, 1200 cc/sn solunum egzersizi yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 4.Ürün insan ergonomisine uygun keskin ve köşeli yüzey içermeyen plastikten yapılmış ağızlığa sahip olmalıdır.
- 5.Ürünün gövdesi şeffaf ,toplar renkli olmalı ve çalışma esnasında rahat görülebilmelidir. Tek parça halinde olmalıdır.
- 6.Ürün gövdesi ile ağızlık arasında bağlantıyı sağlayacak esneyebilen, spiral yapıda emme/üfleme egzersizine uygun ürüne tam oturan borusu olmalıdır.
- 7.Kullanımı kolay ve pratik olmalıdır.
- 8.Triflo düşük akış hızı nedeniyle hem yetişkin hem de pediatrik hastalarda kullanılmalıdır.
- 9.Ürün tek kullanımlık ve ambalaj içerisinde olmalıdır.
- 10.Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
- 11.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 12.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 13.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 14.Miadin dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 15.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
16. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 17.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 18.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
19. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Prof.Dr. Mehmet ACIPAYAN
K.S.O. Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Uz. Dip.No: 63150

KUC 4D

Sorumlu Hengre

M. Hengre

STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ (6,5) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sterilizesi uygun olmalıdır.
- 2-Alerjik olmamalıdır.
- 3-Kolay yırtılır ve kolay kopar olmamalıdır.
- 4-Ambalajı kolay açılır ve açma noktası olmalıdır.
- 5-İstenilen numaralara uygun ebatta olmalıdır.
- 6-Kolay giyilebilmeli ve giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
- 7-Beyaz renkli olmalıdır.
- 8-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 9-Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedebilmelidir
- 10-Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
- 11-Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliğini belirten yazılar olmalıdır. Paket açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 12-Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalıdır.
- 13-Ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14-Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15-Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16-Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17-Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
- 18- Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19-Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
21. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Doç.Dr. Mehmet KIRIŞCI
K.S.Ü. Kalp ve Damar Cerrahi A.B.D.
Dış.Tıp.No.118744

Doç.Dr. Mehmet A. ÖZGENEL
Dış.Tıp.No.158133
K.S.Ü. Kalp ve Damar Cerrahi A.B.D.
Dış.Tıp.No.118744

STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ NO:7.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sterilizesi uygun olmalıdır.
- 2-Alerjik olmamalıdır.
- 3-Kolay yırtılır ve kolay kopar olmamalıdır.
- 4-Ambalajı kolay açılır ve açma noktası olmalıdır.
- 5-İstenilen numaralara uygun ebatta olmalıdır.
- 6-Kolay giyilebilmeli ve giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
- 7-Beyaz renkli olmalıdır.
- 8-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 9-Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedebilmelidir
- 10-Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
- 11-Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliğini belirten yazılar olmalıdır. Paket açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 12-Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalıdır.
- 13-Ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14-Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15-Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16-Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17-Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
- 18- Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19-Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
21. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Doç.Dr. Mehmet KIRIŞCI
K.S.Ü. Kalın ve Damar Cerrahi A.B.D.
Ort. Teş. No: 118744

Doç.Dr. Mustafa Hoca
Diyarbakır Tıp Fakültesi
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ NO:8 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sterilizesi uygun olmalıdır.
- 2-Alerjik olmamalıdır.
- 3-Kolay yırtılır ve kolay kopar olmamalıdır.
- 4-Ambalajı kolay açılır ve açma noktası olmalıdır.
- 5-İstenilen numaralara uygun ebatta olmalıdır.
- 6-Kolay giyilebilmeli ve giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
- 7-Beyaz renkli olmalıdır.
- 8-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 9-Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedebilmelidir
- 10-Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
- 11-Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliğini belirten yazılar olmalıdır. Paket açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 12-Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalıdır.
- 13-Ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14-Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15-Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16-Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17-Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
- 18- Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19-Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alınma karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
21. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Doç.Dr. Mehmet KIRICI
K.S.U. Kalp ve Damar Cerrahi A.B.D.
Op.Tip.No:16744

Doç.Dr. A.ÖZDEMİR
Cerrahi Tıp
156133
FACULTY
AKÜTESİ
Ortopedi ve Travmatoloji AD.

STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI NO:7,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sterilizesi uygun olmalıdır.
- 2-Pudralı olmalıdır ve Alerjik olmamalıdır.
- 3-Kolay yırtılır ve kolay kopar olmamalıdır.
- 4-Ambalajı kolay açılır ve açma noktası olmalıdır.
- 5-İstenilen numaralara uygun ebatta olmalıdır.
- 6-Kolay giyilebilmeli ve giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
- 7-Beyaz renkli olmalıdır.
- 8-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 9-Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedebilmelidir.
- 10-Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
- 11-Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliğini belirten yazılar olmalıdır. Paket açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 12-Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalıdır.
- 13.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16.Miadin dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
18. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
21. Ürünler raf teslimi olacaktır.

STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI NO:8 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sterilizesi uygun olmalıdır.
- 2-Pudralı olmalıdır ve Alerjik olmamalıdır.
- 3-Kolay yırtılır ve kolay kopar olmamalıdır.
- 4-Ambalajı kolay açılır ve açma noktası olmalıdır.
- 5-İstenilen numaralara uygun ebatta olmalıdır.
- 6-Kolay giyilebilmeli ve giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
- 7-Beyaz renkli olmalıdır.
- 8-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 9-Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedebilmelidir.
- 10-Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
- 11-Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliğini belirten yazılar olmalıdır. Paket açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 12-Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalıdır.
- 13.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16.Miadin dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
18. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
21. Ürünler raf teslimi olacaktır.

Doc.Dr. Mehmet KIRICI
K.S.Ü. Kalp ve Damar Cerrahi A.B.D.
T.C. Taz.No:118744

Doc.Dr. Mehmet KIRICI
Dışişleri No:156133
K.S.Ü. Kalp ve Damar Cerrahi A.B.D.
T.C. Taz.No:118744

TORAKS GÖĞÜS KATETERİ, PVC NO:32 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.32 Fr ürün düz şeffaf yapıda olmalıdır
- 2.Hortum uzunluğu boyunca radyo pak çizgi içermelidir.
- 3.Uç kısmı yuvarlatılmış ve delik olmalıdır.
- 4.Uç kısmında 6 delik olmalı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.
- 5.Uzunlukları 52 cm olmalıdır.
- 6.Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile 26 cm' e kadar işaretlendirilmiş olmalıdır.
- 7.Etilen oksit ile steril edilerek çiftli ambalajda muhafaza edilmiş olmalıdır.
- 8.CE marka onayı olmalıdır.
- 9.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 10.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 11.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 12.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 13.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
14. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 15.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 16.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
17. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Prof.Dr. Mehmet KIRIŞCI
K.S.Ü. Kalp ve Damar Cerrahi A.B.D.
Dip Tca. No: 178744

KVC Sorumlu Hecm
Ömer Uzun

TRAKEOSTOMİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Isı ve nem geçirgen olmalıdır.
- 2) 24 saat kullanıma uygun olmalıdır.
- 3) Steril olmalıdır.
- 4) Kolay yerleştirilmelidir.
- 5) Tekli paketler halinde olmalıdır. PVC'den imal edilmiş 2m uzunluğundaki O2 hortumu paket içerisinde olmalıdır.
- 6) Ağırlığı 8,5gram olmalıdır.
- 7) Sıkıştırılmış volümü 16ml olmalıdır.
- 8) Konektörü 15 female olmalıdır.
- 9) 500ml de 2 saate nem çıkışı 28,5mg H₂O/l olmalıdır.
- 10) 500ml de 24 saate nem çıkışı 28,5mg H₂O/1 olmalıdır.
- 11) 500ml de 24 saate ısı çıkışı 29 derece olmalıdır.
- 12) Filtreyi çıkartmadan aspirasyon ve numune alınmasına olanak veren açıklığı bulunmalıdır.
- 13) Trakeostomi hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 14) Filtre içindeki malzeme selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 15) Yüzeydeki new değişimi minimum 500cm kare olmalıdır,
- 16) Direnç derecesi 301/dk da 0.7 cmH₂O olmalıdır.
- 17) Direnç derecesi 601/dk da 1.8 cmH₂O olmalıdır.
- 18) Direnç derecesi 901/dk da 3.0 cmH₂O olmalıdır.
- 19) O2 hortumunun uçlarının trakeostomi filtresine (tracheolife) ve oksijen flovvmetresine girişi için uygun olmalıdır.
- 20) Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 21) Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 22) Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 23) Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 24) Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
- 25) Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 26) Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 27) Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 18) Ürünler depo teslimi olacaktır.

Onay ve İmza
Tarih: 01.05.2023
Yer: Ankara

Onay ve İmza
Tarih: 01.05.2023
Yer: Ankara

BASINÇ SETİ TRANSDUSERİ (TEKLI) ŞARTNAMESİ

1.Set kendinden yıkama sistemli ve anlık basınç izlemeye olanak sağlayan 1 adet disposable transducer, 1 adet bağımsız yıkama ünitesi, aşağıda tarif edilecek miktar ve şekilde üç yollu musluklar ve 1 adet basınç hattından oluşmalıdır.

2.Transducer yıkaması serum hattından beslenmelidir. Serum bağlantısı için bir mikrodrip hazne içermeli, PVC den yapılmalı, şeffaf olmalı ve hazne ile transducer arası en az 140 cm olmalıdır.

3.Serum hattı üzerinde akışı ayarlamak için roller bulunmalıdır.

4.Basınç transduceri: Transducer üzerinde basınç hattını yıkamaya yarayan yıkama sistemi olmalıdır, transducer çıkışı küçük akım değişikliklerinden etkilenmemelidir. Sıfırlama ayarı kolayca yapılabilmelidir.

5.Arteriyel basınç hattı: Transducer, 2 adet kırmızı çizgili veya arter olduğunu belirtir renkte basınç izleme (biri en az 120 cm, diğeri en az 30cm) hattından oluşmalıdır. Transducerdan sonra basınç izleme hattı arasında arteriyel olduğunu belirtecek kırmızı musluk veya kırmızı kapaklı musluk bulunmalıdır.

6.Basınç hatları kink rezistan, luer-lock uygulamalı, basınç dalgasını absorbe etmeyecek yapıda olmalıdır. 800 PSI basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

7.Set hastaya bağlandığında devamlı olarak 3 ml/sn hızda, istendiğinde ise bolus yıkama yapabilmelidir.

8.Basınçlı yıkama sırasında hiçbir şekilde sızıntı olmamalıdır.

9.Beraberinde basınç setleri tükenene kadar, hastanemizde kullanılan monitörlere (DRAGER, GE , NİHON KOHDEN,DASH,BİONET ve diğerleri) uygun , yeterli sayıda transducer kabloları verilmelidir.

10.Setler tekli paketlerde ve tamamı steril olmalıdır.

11.Ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

12-Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

13-Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

14-Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

15-Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

16- Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK

Dok. Dr. Mahmut ARCI AN

ANURAY

çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

17-Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

18-Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

19-Ürünler raf teslimi olacaktır.

Doç. Dr. Mahmut ARSLAN
KSÜ Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Doç. Dr. Mahmut ARSLAN

Bilgin NURAN
Sorumlu
Anestezi Uzmanı

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:7

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalıdır.
5. Kafli olmalı ve kafı düşük basınçlı olmalıdır.
6. Pilot balonun Valfi Luer şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
7. Ucu atravmatik olmalıdır. Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır.
8. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
9. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
10. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
11. Silikonize olmalıdır.
12. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır.
13. Latex içermemeli, steril paketlerde ve disposable olmalıdır.
14. Tüp üzerinde markası, numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
15. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
16. Uç dizaynı Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
17. Tüp eğilimi olmalıdır.
18. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
19. Toplam 2.000 endotrakeal tüpe 1 adet kaf basıncı ölçer verilmelidir.
20. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilirdir.
21. Her 500 adet endotrakeal tüpe uygun 2 adet stile ürünle birlikte teslim edilmelidir
22. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
23. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
24. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
25. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
26. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

27. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik

48

çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

28.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

29.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

30. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Doc. Dr. Mahmut ARSLAN
Yeni Tıp Fakültesi
Cerrahi ve Kadın Hastalıkları AD

NURAL

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:7,5

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalıdır.
5. Kafli olmalı ve kafi düşük basınçlı olmalıdır.
6. Pilot balonun Valfi Luer şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
7. Ucu atravmatik olmalıdır. Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır.
8. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
9. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
10. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
11. Silikonize olmalıdır.
12. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır.
13. Latex içermemeli, steril paketlerde ve disposable olmalıdır.
14. Tüp üzerinde markası, numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
15. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
16. Uç dizaynı Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
17. Tüp eğilimi olmalıdır.
18. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
19. Toplam 2.000 endotrakeal tüpe 1 adet kaf basıncı ölçer verilmelidir.
20. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilirdir.
21. Her 500 adet endotrakeal tüpe uygun 2 adet stile ürünle birlikte teslim edilmelidir
22. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
23. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
24. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
25. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
26. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
27. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik

Doç. Dr. Mehmet Arslan

AYDIN
Mikent

çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

28.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

29.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

30. Ürünler depo teslimi olacaktır.

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:8

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalıdır.
5. Kafli olmalı ve kafi düşük basınçlı olmalıdır.
6. Pilot balonun Valfi Luer şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
7. Ucu atravmatik olmalıdır. Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır.
8. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
9. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
10. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
11. Silikonize olmalıdır.
12. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır.
13. Latex içermemeli, steril paketlerde ve disposable olmalıdır.
14. Tüp üzerinde markası, numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
15. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
16. Uç dizaynı Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
17. Tüp eğilimi olmalıdır.
18. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
19. Toplam 2.000 endotrakeal tüpe 1 adet kaf basıncı ölçer verilmelidir.
20. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilirdir.
21. Her 500 adet endotrakeal tüpe uygun 2 adet stile ürünle birlikte teslim edilmelidir
22. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
23. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
24. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
25. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
26. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
27. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik

çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

28.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

29.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

30. Ürünler depo teslimi olacaktır.


Dr. Dr. Mahmut ARSLAN
Kocaeli Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji Uzmanı


Dr. Dr. Mahmut ARSLAN
Kocaeli Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji Uzmanı

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:3.0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.
- 2.Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda olmalıdır.
- 3.Ambalajı taşıma v.b. sırasında sterilitiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
- 5.Balonsuz olmalıdır.
- 6.Tek kullanımlık olmalıdır.
- 7.Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.
- 8.Tüpün üzerinde santimetre çizgileri olmalı, aralık 1 cm ölçü işaretleri ile olmalı, rakamla gösterilmeli ve kolay silinmemelidir.
- 9.Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.
- 10.Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.
- 11.Tüpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.
- 12.Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.
- 13.Radyopak olmalıdır.
- 14.Entübasyon tüplerinin ID, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.
- 15.Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 16.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 17.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 18.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 19.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
20. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 21.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 22.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Zeynep YURTUTAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı

Dr. Hoda

UZATMA LİNE (M/F 120 CM) Ara Bağlantı Hattı Teknik Şartname

1.ARA BAĞLANTI HATTI (en az 120 cm)

- 1.1 Ara bağlantı hattı steril poşetlerde tek kullanımlık olacaktır.
- 1.2 Bağlantı hattı şeffaf olmalıdır. Mat hatlar Kabul edilmeyecektir.
- 1.3 Bağlantı hatları en az 120 cm'lik yapıda olacak ve en az 300 Psi basınca dayanıklı olacaktır.
- 1.4 Bağlantı hatları lüer konnektörlere sahip olacaktır.
- 1.5 Bağlantı hatlarının ambalajı üzerinden içeriği, üretim tarihi, maksimum basınç limiti, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.

2.DİĞER ÖZELLİKLER

- 2.1 Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 2.2 Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 2.3 Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 2.4 Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 2.5 Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
- 2.6 Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 2.7 Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 2.8 Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 2.9 Ürünler raf teslimi olacaktır.

 **UZATMA LİNE**
M/F 120 CM
Ara Bağlantı Hattı

Beha Hodaç

VEN VALFİ İĞNESİZ ÜÇLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Üç lümenli olmalı, lümenlerin uçlarında valf bulunmalıdır . Valfler kapaksız olmalıdır.
- 2.Farklı sıvıların ayırt edilebilmesi için lümenler üzerinde renk kodu olmalıdır
- 3.Biyouyumlu materyallerden yapılmış olmalı, metal parça, plastik türevleri ve lateks içermemelidir
- 4.Valflerin yüzeyi, silinerek dezenfekte edilebilmesi için tam düz olmalı, içteki silikon ile dış plastik arasında seviye farkı olmamalıdır
- 5.Teklif edilen markanın kateter ucunda güvenli kalış sürelerini gösteren enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalıdır, bu çalışmalar ihale dosyasına eklenmelidir
- 6.Lipid uyumlu olup parenteral beslenmeye, IV set ve Enjektöre uyumlu olmalıdır. Hasta üzerinde en az 7 gün kalabilmeli, bu durum ihale dosyasına eklenecek raporlarla belgelenmelidir
- 7.Lumenlerin ucundaki valflerin sıvı yolu hacmi 0.1 ± 0.01 ml'den büyük olmamalı, böylece kan ve sıvıların valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynaklık etmesi engellenmelidir
- 8.Valflerin sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı, böylece sıvı yolunun temizliği kolay olmalıdır
- 9.Lumen ucundaki valfler şeffaf olmalı, içleri görünebilmelidir. Kan tranfüzyon verilebilir ve kan alınabilir olmalıdır.
- 10.Lümenlerin uçlarındaki valfler güvenli ve ayrılmaz biçimde lümenlere monte olmalıdır, vidası çevrilerek çıkarılamamalı, kazalara neden olmamalıdır
- 11.Kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açılırken yere düşme riski taşımamalıdır
- 12.Katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunmalı, böylece paketten çıkarma sırasında el valfin ucuna temas etmemelidir
- 13.Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
18. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
21. Ürünler depo teslimi olacaktır.

14.05.2023
Sorumlu Hemsire

14.05.2023
Depo
Hem

VEN VALFİ, İĞNESİZ TEKLİ

1. Pediatrik kullanıma ve hassas dozlu ilaçlarla kullanıma uygun şekilde sıvı yolu hacmi maksimum 0.085 ± 0.01 ml olmalıdır
2. Sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı, böylece temizliği kolay olmalıdır
3. Valf enfeksiyon risklerini azalttığı FDA tarafından onaylanan split septum teknolojisine sahip olmalıdır
4. Biyouyumlu materyallerden yapılmış olmalı, metal parça ve lateks içermemelidir. Biyouyumluluk testleri ihale dosyasında sunulmalıdır
5. Akış hızı minimum 10.000 ml/sa olmalı, enjektörle verilen acil sıvı volümlerini de karşılayabilmelidir
6. Ürünün silikon contası ve silikon contanın bulunduğu hazne şeffaf olmalı, sıvı yolu görülebilmelidir
7. Ürünün katetere monte edilen male ucu ven için mavi renkle kodlanmış olmalı, böylece arter valfinden ayırt edilebilmelidir
8. Sağlık personeli ve hastanın enfeksiyon risklerini azaltmak üzere kapaksız olmalı, stoper ve iğne ihtiyacı duymadan kullanılabilirdir
9. Teklif edilen markanın enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalıdır, bu çalışmalar en az 1 haftalık güvenliğe işaret etmeli, ihale dosyasına eklenmelidir
10. Valf, kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açılırken yere düşme riski taşımamalıdır
11. Valfin katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunmalı, böylece paketten çıkarma sırasında el valfin ucuna temas etmemelidir
12. Yüzeyi, silinerek dezenfekte edilebilmesi için tam düz olmalı, içteki silikon ile dış plastiği arasında seviye farkı ve boşluk olmamalıdır
13. Kullanım sırasında ergonomiyi sağlamak için valfin gövdesinde tutmayı kolaylaştıracak ve enjeksiyon sırasında elin kaymasını önleyecek geniş yaka bölgesi olmalıdır
14. Metal parça, lateks ve DEHP içermemelidir. Lipid uyumlu olup parenteral beslenmeye, IV set ve Enjektöre uyumlu olmalıdır Kan infüzyonu verilebilir ve kan alınabilir olmalıdır
15. Gövdesi iç kısmının görünmesine izin vermeli, şeffaf olmalıdır.
16. Teklif edilen ürünün hasta kateter enfeksiyonlarını azalttığını gösteren in vivo çalışmaları olmalıdır ve ihale dosyasında sunulmalıdır
17. Valf en az 1000 enjektör girişine uygun olmalı, deforme olmamalıdır
18. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
19. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

20..Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

21.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

22.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

23. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

24.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

25.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.


26. Ürünler depo teslimi olacaktır.

Sefa
SOFİSTİKATÖR

Gen. Ktys. Dm
K

Airway kırmızı(no:5)Teknik Şartnamesi

1. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
2. Nontoksik,kanamaya neden olmayacak sertlikteli Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemelidir.
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.
5. Renk kodu bulunmalıdır.
6. Ambalaj tekli,temiz paketlerde olmalıdır.
- 7.Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı,lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
- 8.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 9.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 10.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 11.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 12.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 14.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 15.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.


Doç. Dr. Mahmut ARSLAN
Kocaeli Üniversitesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Dip. Tes. No: 113640


Bilgin NURAL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

SONDA FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEKS NO:8 FR

1. Mesane kateterizasyonu sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün %100 silikolateksten yapılmış olmalıdır.
3. Sonda 8 F boyutlarında olmalıdır.
4. Pediatrik sondanın kılavuz teli olmalıdır.
5. Kılavuz tel uygun sertlikte olmalıdır. Kırılıp bükülmemelidir. Sonda takılıp, çıkartılırken kılavuz tel kolay takılıp çıkarılabilmeli, sonda ve mesaneye zarar vermemelidir.
6. Sonda, uzun süreli kullanımlarda sertleşmemeli, tahriş etmemeli ve dokuda travma oluşturmamalıdır.
7. Sonda, yuvarlatılmış kapalı distal ucu ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkla olmalıdır.
8. Silikon sondalarda ürünün radyoopak dolgu ucu ve gövdesinde radyoopak çizgi bulunmalıdır.
9. Sondanın balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı sondalarda 1cm($\pm$ 2) mm aralık olmalı, balon şişirildiğinde mesane boynuna tam oturmalıdır.
10. Sondanın balonu kolay şişirilmeli, patlamamalı, sonda çıkarılırken balondaki su, kolay ve tamamen boşaltılabilmelidir.
11. Sondanın balonu şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalmalı, tek tarafa doğru şişmemelidir.
12. Sondanın balonu şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli, fazladan bir güç gerektirmemelidir.
13. Sondanın balonu şişirildikten sonra valf sonda da sabit kalmalı, sondadan ayrılmamalı ya da valfi enjektöre takılıp geri çıkmamalı, valf balonu şişirme işlemini zorlaştırmamalıdır.
14. Sonda 2 yollu ve ucu 2 delikli olmalıdır.
15. Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 1-50 cc olmalı, balon tek taraflı değil, lümen çevresinde simetrik şişmelidir.
16. İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmelidir.
17. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır.
18. Sondanın çapı ve balonun hacim kapasite aralığı sondanın "Y" ucunda belirtilmiş olmalıdır.

Ömer MİRZAÖBLÜ
Henrik

İlhan DOĞAN
Kerem

19.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

20.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

21.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

22.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

23.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

24. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

25.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

26.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

Ömer MİRZAOĞLU
Hemşire
ju

İlhan DOĞAN
Hemşire
Arif

SONDA FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEKS NO:10 FR

1. Mesane kateterizasyonu sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün %100 silikolateksten yapılmış olmalıdır.
3. Sonda 10 F boyutlarında olmalıdır.
4. Pediatrik sondanın kılavuz teli olmalıdır.
5. Kılavuz tel uygun sertlikte olmalıdır. Kırılıp bükülmemelidir. Sonda takılıp, çıkartılırken kılavuz tel kolay takılıp çıkarılabilmeli, sonda ve mesaneye zarar vermemelidir.
6. Sonda, uzun süreli kullanımlarda sertleşmemeli, tahriş etmemeli ve dokuda travma oluşturmamalıdır.
7. Sonda, yuvarlatılmış kapalı distal ucu ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkla olmalıdır.
8. Silikon sondalarda ürünün radyoopak dolgu ucu ve gövdesinde radyoopak çizgi bulunmalıdır.
9. Sondanın balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı sondalarda 1cm($\pm$ 2) mm aralık olmalı, balon şişirildiğinde mesane boynuna tam oturmalıdır.
10. Sondanın balonu kolay şişirilmeli, patlamamalı, sonda çıkarılırken balondaki su, kolay ve tamamen boşaltılabilmelidir.
11. Sondanın balonu şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalmalı, tek tarafa doğru şişmemelidir.
12. Sondanın balonu şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli, fazladan bir güç gerektirmemelidir.
13. Sondanın balonu şişirildikten sonra valf sonda da sabit kalmalı, sondadan ayrılmamalı ya da valfi enjektöre takılıp geri çıkmamalı, valf balonu şişirme işlemini zorlaştırmamalıdır.
14. Sonda 2 yollu ve ucu 2 delikli olmalıdır.
15. Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 1-50 cc olmalı, balon tek taraflı değil, lümen çevresinde simetrik şişmelidir.
16. İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmelidir.
17. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır.
18. Sondanın çapı ve balonun hacim kapasite aralığı sondanın "Y" ucunda belirtilmiş olmalıdır.

Ömer MİRZAÖZLÜ
Hemşire

İlhan DOĞAN
Hemşire

19.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

20.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

21.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

22.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

23.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.

24. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.

25.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

26.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

Ömer MURTAZOV
Hemşire
ja

İlhan DOĞAN
Hemşire
Amin

NAZOGASTRİK SONDA PVC TEKNİK ŞARTNAMESİ 12 FR

1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
3. FR. :12 olmalıdır.
4. Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az üç delik olmalıdır.
5. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgi ve numara olmalıdır.
6. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam ağacı ile bağlantıya uygun olmalıdır.
7. Renk kodlu olmalıdır.
8. Temiz tekli paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
9. Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı, lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
10. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
11. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
12. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
13. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
14. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
15. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
16. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
17. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

NAZOGASTRİK SONDA PVC TEKNİK ŞARTNAMESİ 16 FR


1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
3. FR. :16 olmalıdır.
4. Sondanın distal kısmındaki çıkışında en az üç delik olmalıdır.
5. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı çizgi ve numara olmalıdır.
6. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam ağacı ile bağlantıya uygun olmalıdır.
7. Renk kodlu olmalıdır.
8. Temiz tekli paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
9. Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı, lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
10. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
11. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
12. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
13. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
14. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
15. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
16. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
17. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

Esra YILDIZ
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi YB
Sorumlu Hemşiresi


Hamide Kocaeli
[Signature]

PERKÜTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMİ SETİ İLK GİRİM 20 FR TEKNİK
ŞARTNAMESİ

- 1-Pull tip Endoskopik gastrostomi seti olmalıdır.
- 2-Silikon set dış çapı 20-25 Fr arasında olmalıdır.
- 3-Setin ucu mantar şeklinde kolay çıkmayı engelleyici olmalıdır.
- 4-Set içinde silikon tüp ile uyumlu beslenme için bolsteT, Y bağlayıcı ve klemp olmalıdır.
- 5-Set içinde teflon kaplı iğne, çift kanallı guide, snare bulunmalıdır.
- 6-Setin ek olarak yardımcı malzemeye gereksinim olmadan steril takılabilmesi ve pansuman vb. gereksinimini kaldırmak için setle birlikte steril örtü, bisturi, makas, pens, gazlı bez bulunmalıdır.
- 7.Paket üzerinde son kullanma tarihi olmalı,lot numarası ve ubb numarası olmalıdır.
- 8.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 9.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 10.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 11.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 12.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
13. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 14.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 15.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.


Doç. Dr. Kadri CİŞLİ
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 4746 • Dip. Tes. No: 120754

Hemsire
Hüsnü HASRİCİ



STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI NO:6,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sterilizesi uygun olmalıdır.
- 2-Pudralı olmalıdır ve Alerjik olmamalıdır.
- 3-Kolay yırtılır ve kolay kopar olmamalıdır.
- 4-Ambalajı kolay açılır ve açma noktası olmalıdır.
- 5-İstenilen numaralara uygun ebatta olmalıdır.
- 6-Kolay giyilebilmeli ve giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
- 7-Beyaz renkli olmalıdır.
- 8-Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 9-Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedebilmelidir.
- 10-Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
- 11-Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliğini belirten yazılar olmalıdır. Paket açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 12-Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalıdır.
- 13.Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 14.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 16.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 17.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
18. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 19.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 20.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

ENDOTRAKEAL TUP BALONLU NO:4



1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalıdır.
5. Kafli olmalı ve kafi düşük basınçlı olmalıdır.
6. Pilot balonun Valfi Luer şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
7. Ucu atravmatik olmalıdır. Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır.
8. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
9. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
10. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
11. Silikonize olmalıdır.
12. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır.
13. Latex içermemeli, steril paketlerde ve disposable olmalıdır.
14. Tüp üzerinde markası, numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
15. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
16. Uç dizaynı Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
17. Tüp eğilimi olmalıdır.
18. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
19. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
20. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
21. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
22. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
23. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
24. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
25. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
26. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

İmza MURTAZALI

İmza DOĞAN

ENDOTRAKEAL TUP BALONLU NO:4,5

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalıdır.
5. Kafli olmalı ve kafi düşük basınçlı olmalıdır.
6. Pilot balonun Valfi Luer şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
7. Ucu atravmatik olmalıdır. Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır.
8. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
9. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
10. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
11. Silikonize olmalıdır.
12. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır.
13. Latex içermemeli, steril paketlerde ve disposable olmalıdır.
14. Tüp üzerinde markası, numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
15. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
16. Uç dizaynı Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
17. Tüp eğilimi olmalıdır.
18. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
19. Ürünün, TSE VE CE Belgesine (class ha) sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
20. Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
21. Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
22. Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
23. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
24. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
25. Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
26. Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.



64

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:3.5

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalı ve kafsız olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalı.
5. Ucu atravmatik olmalıdır.Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır
6. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
7. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. .Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
8. Silikonize olmalıdır.
9. Latex içermemeli ve disposable olmalıdır.
10. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.
11. Tüp üzerinde numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
12. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
13. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
14. Uç dizaynı: Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
15. Tüp eğilimi olmalıdır.
16. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
17. Oda ısısında deforme olmamalıdır.
- 18.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 19.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 20.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 21.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 22.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
23. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 25.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 26.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

İmza MURTAZA
Hemşire

İmza İLHAN JOHAN
Hemşire

ENDOTRAKEAL TUP BALONSUZ NO 5,5

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalı ve kafsız olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalı.
5. Ucu atravmatik olmalıdır.Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır
6. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
7. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. .Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
8. Silikonize olmalıdır.
9. Latex içermemeli ve disposable olmalıdır.
10. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.
11. Tüp üzerinde numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
12. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
13. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
14. Uç dizaynı: Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
15. Tüp eğilimi olmalıdır.
16. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
17. Oda ısısında deforme olmamalıdır.
- 18.Ürünün,TSE VE CE Belgesine (class ha)sahip olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
- 19.Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 20.Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.
- 21.Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.
- 22.Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 2 adet numune gönderilmelidir.
23. Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır. UTS KAYITLI OLMALIDIR.
- 25.Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.
- 26.Ürünün alımına karar verildiği tarihten itibaren miad süresi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

Ömer MİRZAÖĞÜ
Hemşire

İlhan DOĞAN
Hemşire