

SFT için Tek Kullanımlık Karton Ağızlık Teknik Şartnamesi

1- Elimizdeki spirometre cihazında, hastalara Reversibil testlerini yapılabilmesi için, disposable karton ağızlık vasıtası ile her bir hastaya her derde 100mikrogram salbutamol (sülfat olarak) etkin madde ve Oleik asit, absölü etanol, 1,1,1, 2- Tetrafloro-eten (HFA 134a) yardımcı madde kullanımına uygun olmalı.

2- Disposable karton ağızlık, ötel, parak ve ağzla yapışmagan yapıda karton materyalden üretilmiş olmalı.

3- Ağızlık 6 cm. uzunluğunda 2.6 veya 2.7 cm. iç çapı ve 3cm. dış çap ölçülerine sahip olmalıdır.

4. Disposable ağızlıklar belli miktarlarda paketlenmiş olmalı ve hijyenik olarak kullanılabilir olmalıdır

5. Numunenin önceden telenisyene gösterilmesi gerekliliği, Numune teslim edilmeyen telefonlar değerlendirilme alınmayacaktır

6 Son kullanım tarihi teslimattan itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır

Seyma Etem Salkın

Prof. Dr. Hasan KAHRAMAN

Prof. Dr. Hasan KAHRAMAN
KSÜ Tıp Fak. Göğüs Hast. AD.
Dip. Tes. No: 71892 / 48325